

August

**ФОНД ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА  
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ**

Број: 07/015-2857-18/23  
Датум: 31.07.2023. године

На основу члана 100. ств. (3) Закона о јавним набавкама ("Службени Гласник БиХ", бр. 39/14 и 59/22), односно Статута Фонда здравственог осигурања Републике Српске ("Службени Гласник Републике Српске", број 129/22), а рјешавајући по жалби понуђача «Тузла-Фарм» д.о.о. Тузла, број: 1328/23 од 26.07.2023. године (запримљена на протоколу Уговорног органа дана 27.07.2023. године под бројем 07/015-2857-17/23) на Одлуку о избору најповољнијег понуђача, број: 07/015-2857-12/23 од 10.07.2023. године, Отворени поступак јавне набавке медицинског средства НИВ-а, број: 07/015-2857/23, директор Уговорног органа донио је следећу:

**ОДЛУКУ**

**I**

**Прихвата се** жалба понуђача «Тузла-Фарм» д.о.о. Тузла, број: 1328/23 од 26.07.2023. године на Одлуку о избору најповољнијег понуђача, број: 07/015-2857-12/23 од 27.07.2023. године, Отворени поступак јавне набавке медицинског средства НИВ-а, број: 07/015-2857/23.

**II**

Врши се измјена табеларног приказа у члану I Одлуке о избору најповољнијег понуђача, број: 07/015-2857-12/23 од 10.07.2023. године на начин да се умјесто понуђачу «Inel ВН» д.о.о. Маглај уговор додјељује понуђачу «Тузла-Фарм» д.о.о. Тузла, како слиједи:

Назив	Назив понуђача	Укупна цијена без ПДВ-а
Уређај за неинвазивну и инвазивну механичку вентилацију у кућним условима-НИВ	«Тузла-Фарм» д.о.о. Тузла	15.998,00

**III**

Врши се измјена табеларног приказа и рангирања у Образложењу Одлуке о избору најповољнијег понуђача, број: 07/015-2857-12/23.

**IV**

Ова Одлука ће бити достављена понуђачима који су доставили понуде.

**Образложење**

Уговорни орган је дана 10.07.2023. године у Отвореном поступку јавне набавке медицинског средства НИВ-а, број: 07/015-2857/23 донио Одлуку о избору најповољнијег понуђача, број: 07/015-2857-12/23 којом је уговор додијељен понуђачу «Inel ВН» д.о.о.

На наведену Одлуку Уговорног органа понуђач «Тузла-Фарм» д.о.о. Тузла, је дана 26.07.2023. године благовремено изјавио жалбу, која је запримљена на протоколу Уговорног органа дана 27.07.2023. године под бројем: 07/015-2857-17/23.

Такође, поступајући по изјављеној жалби Уговорни орган је, сходно одредби члана 100. став (1) Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине, утврдио да је иста благовремена, допуштена и изјављена од стране овлашћеног лица.

Разматрајући жалбу Уговорни орган је утврдио да су жалбени наводи основани.

8

87

Након разматрања свих жалбених навода, Уговорни орган жалбу дјелимично усваја на начин како је то наведено у диспозитиву Одлуке из разлога како слиједи:

Наиме, Комисија за провођење предметне набавке је након запримања жалбе поново извршила преглед достављених понуда. Том приликом је утврдила да је понуда понуђача «Inel ВН» д.о.о. Маглај не испуњава захтјеве из предметне тендерске документације, те жалбене наводе жалиоца «Тузла-Фарм» д.о.о. Тузла цијени као основане.

На основу наведеног Комисија је након поновног прегледа понуда утврдила сљедеће:

Након поновног прегледа понуде понуђача «Inel ВН» д.о.о. Маглај у техничкој документацији, те оригиналним каталогом и упутством за кориштење, који је јавно доступан на web страници произвођача Löwenstein Medical Technology GmbH + Co. KG <https://homecare.loewensteinmedical.com/en/produkt/luisa/> и web страници <https://lmt-downloadcenter.hul.de/en/file/luisa/>, гдје се налази сва доступна документација везана за производ, установили смо да понуђач у неколико кључних тачака техничке спецификације НЕ ИСПУЊАВА тражене спецификације и то следеће:

1. Ставка 4 . тражене техничке спецификације у тендерској документацији прецизно се тражи:
  - а. Хибридна вентилација: Вентилација контролисана притиском са осигураним волуменом (AVAPS), Вентилација контролисана притиском са осигураним волуменом и аутоитирацијским EPAP-om (AVAPS-AE).
  - б. Понуђач у приложеном каталогу није осигурао могућност потврде ове тражене спецификације, а нашим увидом у каталог и упутство за кориштење, констатујемо да LUISA вентилатор произвођача Löwenstein Medical Technology GmbH + Co. KG НЕ ПОСЈЕДУЈЕ ову опцију, те тиме у цијелости НЕ ИСПУЊАВА ову тачку тражене техничке спецификације, као и цијелу техничку спецификацију. Овдје се ради о кључној опцији поставки модалитета артифицијалног дисања, и изостављање ове опције значајно смањује могућности уређаја.
2. Ставка 11. тражене техничке спецификације у тендерској документацији прецизно се тражи:
  - а. Фреквенција дисања: 0 – 60 за AC modus, 1 – 60 за све друге модусе вентилације.
  - б. Понуђач у приложеном каталогу наводи да понуђени уређај има опцију 2 – удисаја у минути, чиме не испуњава тражене спецификације/у. Нашим увидом у каталог и упутство за кориштење, констатујемо да LUISA вентилатор произвођача Löwenstein Medical Technology GmbH + Co. KG НЕ ИСПУЊАВА ову опцију, те тиме НЕ ИСПУЊАВА тражену техничку спецификацију.
3. Ставка 13. тражене техничке спецификације у тендерској документацији прецизно се тражи:
  - а. Вријеме повећања (Rise time): 1 – 6 (100 – 600 ms)
  - б. Понуђач у приложеном каталогу наводи да понуђени уређај има опцију у корацима од 1-4, и то у корацима cm H2O/s , а не у ms (што је прецизно тражено у техничкој спецификацији), чиме не испуњава тражене спецификације/у, јер није доказао могућност прецизно тражене спецификације. Нашим увидом у каталог и упутство за кориштење, констатујемо да LUISA вентилатор произвођача Löwenstein Medical Technology GmbH + Co. KG НЕ ИСПУЊАВА ову опцију, те тиме НЕ ИСПУЊАВА тражену техничку спецификацију.
4. Ставка 17. тражене техничке спецификације у тендерској документацији прецизно се тражи:
  - а. Trigger tip: Auto-TRAK, Sensitive Auto-TRAK, Flow trigger;
  - б. Понуђач у приложеном каталогу наводи да понуђени уређај има опцију искључиво flow triggera чиме не испуњава тражене спецификације/у, јер није доказао могућност прецизно тражене спецификације. Нашим увидом у каталог и упутство за кориштење, констатујемо да LUISA вентилатор произвођача Löwenstein Medical Technology GmbH + Co. KG НЕ ИСПУЊАВА ову опцију, те тиме НЕ ИСПУЊАВА тражену техничку спецификацију. Изостављањем ове опције, значајно се нарушава тражена спецификација, јер се ради о једној од кључних ставки иницијације спонтаних/машинских удисаја, те на тај начин значајно се умањују тражене опције/могућности уређаја за механичку вентилацију.

Преглед и оцјена понуда извршена је у складу са критеријумом економски најповољније понуде, како слиједи:

- Набавка медицинског средства НИВ-а – проц. вриједност: 16.000,00 КМ без ПДВ-а;


Понуђач	Произвођач	критеријум		бодови		Укупно	Ранг
		Цијена	Рок испоруке	Цијена	Рок испоруке		
«Тузла-Фарм» д.о.о. Тузла	Respironics, Inc., USA	15.998,00	1	99	1	100,00	1

Имајући у виду напријед наведено, одлучено је као у диспозитиву Одлуке.

#### Поука о правном лијеку:

Сваки понуђач који има легитиман интерес за конкретни уговор о јавној набавци и који сматра да је Уговорни орган овом одлуком прекршио једну или више одредби Закона о јавним набавкама или подзаконских аката донесених на основу њега има право изјавити жалбу на ову одлуку. Жалба се изјављује на начин и у форми дефинисаним члановима 99. и 101. Закона о јавним набавкама.

Извршни директор за јавне набавке  
Борђе Цвијић, дипл. економиста



В. Д. ДИРЕКТОРА  
Дејан Кустурић, дипл. економиста

