

**ФОНД ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА  
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ  
Бања Лука**

Број: 10/015-219-33/16

Датум: 02.03.2016. године

На основу члана 69. став (2) тачке а) д) и е), члана 70 став (1), (4) и (6) Закона о јавним набавкама («Службени гласник Босне и Херцеговине» број: 39/14) и члана 30. Статута Фонда здравственог осигурања Републике Српске («Службени гласник Републике Српске» број: 6/04, 19/05, 63/08, 64/09, 105/09, 119/11 и 113/14) и Правилника о јавним набавкама у Фонду здравственог осигурања Републике Српске број: 02/002-7193-11/15 од 07.12.2015. године, а на основу утврђене препоруке од стране Комисије за провођење отвореног поступка јавне набавке хируршких конача, доносим

**ОДЛУКА**

о дјелимичном поништавању поступка

**I**

Поништава се дјелимично поступак јавне набавке хируршких конача по отвореном поступку број: 10/3-015-8967/14, за доле наведене лотове:

из разлога што није пристигла нити једна понуда, а у складу са чланом 69. став (2) под а):

Лот 9: Koštani cement i vosak

Лот 10: Laneni konac na kalemu nesterilan

Лот 11: Lidura

Лот 14: Neresorptivni sintetski konac, dvije igle

Лот 15: Neresorptivni sintetski konac, jedna igla, 36,3/8

Лот 16: Omča za laparoskopске ligature i laparoskopски apendix

Лот 20: Polyamide monofilament, neresorptivan

Лот 21: Polypropylenska mrezica za Stres Inkontinenciju

Лот 24: Resorptivni multifilamentni konac

Лот 27: Set za tretman i prevenciju pritiska na rani u abdomenu,...

Лот 28: Set za retrakciju organa

Лот 29: Set za tretman parenhimnih organa, polyglycolic acid, ne-obloženi

Лот 31: Sintetičko ljepilo za vaskularne rekonstruktivne procedure

Лот 40: Sintetski ne resorptivni konac za kožu

Лот 42: Sintetski neresorptivni konac sa pledzetom

Лот 43: Sintetski ne resorptivni konac za kožu, kožna igla

Лот 48: Sintetski neresorptivni monofilamentni konac Polyuretanic Polyeter

Лот 53: Sintetski sporo resorptivni monofilamenti konac, taper cutting, 4/0 USP

Лот 55: Sintetski sporo resorptivni monofilamenti konac, taper cutting

Лот 60: Sintetski upredeni neresorptivni konac polyamid

Лот 61: Sintetski upredeni obloženi resorptivni konac

Лот 62: Sintetski upredeni obloženi sporo resorptivni konac

Лот 63: Sintetski upredeni resorptivni konac

Лот 65: Specifični hirurški set za epiziotomije, polyglycolid acid, obložen magnesium sterate, bež boje

Лот 66: Specijalni hirurški set za popustanje tenzije 90cm

Лот 67: Sporo resorptivni hirurški konac za ligaturu

Лот 68: Suturacioni flaster STERIL STRIP

Лот 69: Zicani Savni materijal Kirschner Wire

Лот 71: Hirurški resorptivni sintetski konac

Лот 83: Neresorptivni sintetski konac, jedna igla, 1, 150, okrugla, 70, 1/2

Лот 86: Neresorptivni sintetski konac, jedna igla, 2/0, 90, okrugla, 31, 1/2

Лот 87: Neresorptivni sintetski konac, jedna igla, 2/0, 20, visi black, 20, ski igla

Лот 88: Neresorptivni sintetski konac, jedna igla, 0, 75, kozna, 36, 3/8

Лот 89: Neresorptivni sintetski konac, jedna igla, 0, 75, kozna, 40, 3/8

из разлога што нити једна понуда није прихватљива, а у складу са чланом 69. став (2) под д):

- Лот 3: Hemostatska resorptivna mrežica velike gustoće – oksidirana regenerisana celuloza
- Лот 5: Hirurški res k polyglycolid acid, obložen glyconate ili polikaprolakton+kalcijum stearat resorpc.
- Лот 13: Neresorptivni prirodni konac svila
- Лот 17: Polipropilenska monofilamentna mrežica
- Лот 22: Prirodni neresorptivni hirurški konac (svila)
- Лот 23: Prirodni svileni neresorptivni konac, 3/8 kruga
- Лот 32: Sintetski monofilamentni brzo resorptivni hirurški konac
- Лот 33: Sintetski monofilamentni konac
- Лот 34: Sintetski monofilamentni konac vrijeme resorpcije 90-120 dana PGA
- Лот 35: Sintetski monofilamentni konac vrijeme resorpcije 180-210 dana polydioxanone
- Лот 36: Sintetski monofilamentni konac vrijeme resorpcije 60-90 dana
- Лот 37: Sintetski monofilamentni konac vrijeme resorpcije 90-120 dana PGA ili 60-90 co caprolattone
- Лот 44: Sintetski neresorptivni monofilamentni konac Polyamid
- Лот 46: Sintetski neresorptivni monofilamentni konac Polypropylen
- Лот 51: Sintetski resorptivni monofilamentni konac PGA rapid
- Лот 54: Sintetski sporo resorptivni monofilamenti konac polyglyconate
- Лот 56: Sintetski sporo resorptivni monofilamenti konac polyglyconate, 1USP
- Лот 59: Sintetski upredeni konac PGA vrijeme resorpcije 42 dana
- Лот 76: Prirodni svileni konac neresorptivni

из разлога што су цијене понуда веће од обезбјеђених средстава, а у складу са чланом 69. став (2) под е):

- Лот 1: Hemostatska resorptivna mrežica – oksidirana regenerisana celuloza
- Лот 2: Hemostatska resorptivna mrežica u 7 slojeva – oksidirana regenerisana celuloza
- Лот 6: Hirurški ne-resorptivni monofilamentni konac polyamid, ne-obložen
- Лот 7: Kompozitna mrežica za ventralne kile
- Лот 8: Konac-resorptivni za strabizme
- Лот 12: Monofilamentni neresorptivni hirurški konac
- Лот 13: Neresorptivni prirodni konac svila
- Лот 17: Polipropilenska monofilamentna mrežica
- Лот 18: Polipropilenska semiresorptivna samofiksirajuća mrežica, sa PLA resorptivnim kukicama
- Лот 30: Silk
- Лот 38: Sintetski monofilamentni neresorptivni konac polyamid
- Лот 39: Sintetski monofilamentni sporo resorptivni hirurški konac
- Лот 41: Sintetski neresorptivni konac polypropylen
- Лот 45: Sintetski neresorptivni monofilamentni konac Polyester
- Лот 47: Sintetski neresorptivni monofilamentni konac Polypropylen za kožu
- Лот 52: Sintetski sporo resorptivni monofilamenti konac polyglyconate
- Лот 54: Sintetski sporo resorptivni monofilamenti konac polyglyconate
- Лот 56: Sintetski sporo resorptivni monofilamenti konac polyglyconate, 1USP
- Лот 57: Sintetski sporo resorptivni monofilamentni konac
- Лот 70: Hirurški konac brzo resorptivni-RAPID
- Лот 80: Neresorptivni sintetski konac, jedna igla, 0, 70, okrugla, 40, 1/2
- Лот 81: Neresorptivni sintetski konac, jedna igla, 1, 90, okrugla, 36, 1/2
- Лот 82: Neresorptivni sintetski konac, jedna igla, 1, 90, okrugla, 40, 1/2
- Лот 84: Neresorptivni sintetski konac, jedna igla, 2/0, 70, okrugla, 26, 1/2
- Лот 85: Neresorptivni sintetski konac, jedna igla, 2/0, 70, okrugla, 31, 1/2
- Лот 90: Neresorptivni sintetski konac, jedna igla, 1, 90, kozna, 40, 3/8
- Лот 91: Neresorptivni sintetski konac, jedna igla, 2, 90, kozna, 40, 3/8
- Лот 92: Neresorptivni sintetski konac, jedna igla, 2/0, 75, kozna, 26, 3/8
- Лот 93: Neresorptivni sintetski konac, jedna igla, 2/0, 75, kozna, 31, 3/8
- Лот 94: Neresorptivni sintetski konac, jedna igla, 3/0, 75, kozna, 25, 3/8
- Лот 95: Neresorptivni sintetski konac, jedna igla, 3/0, 75, kozna, 26, 3/8
- Лот 96: Neresorptivni sintetski konac, jedna igla, 3/0, 75, kozna, 31, 3/8
- Лот 97: Neresorptivni sintetski konac, jedna igla, 4/0, 75, kozna, 18,7, 3/8
- Лот 98: Neresorptivni sintetski konac, jedna igla, 4/0, 75, kozna, 26, 3/8
- Лот 99: Neresorptivni sintetski konac, jedna igla, 5/0, 75, kozna, 16, 3/8
- Лот 100: Neresorptivni sintetski konac, jedna igla, 2/0, 75, okrugla, 25,9, 1/2

## II

О овој Одлуци обавјестиће се сви понуђачи у складу са чланом 71. став 1. Закона о јавним набавкама и исто ће бити објављено на веб страници Уговорног органа.

## III

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

### Образложење

Уговорни орган је 11.11.2014. године донио Рјешење о одобравању јавне набавке. Обавјештење о набавци је објављено у Службеном гласнику БиХ број: 273-1-1-1-3-3/14 од 12.01.2015. и исправку обавјештења бројеви: 273-1-1-1-8-4/14 и 273-1-1-1-8-7/14 у Службеном гласнику БиХ од 26.01., односно 16.02.2015. године.

Јавно отварање понуда одржано је 17.03.2015. године, након чега је Комисија за провођење поступка јавне набавке извршила преглед, оцјену и поређење понуда и дала препоруку Уговорном органу о додјели уговора.

Директор Уговорног органа је 04.05.2015. године донио Рјешење број: 10/3-015-8967-210/14 о поништавању поступка јавне набавке за лотове: 9,10,11,27,28,65,66,68 и 69 и Рјешење број: 10/3-015-8967-20/14 о избору најповољнијег понуђача.

Рјешавајући по изјављеним жалбама на Рјешење о избору најповољнијег понуђача број: 10/3-015-8967-20/14, Канцеларија за разматрање жалби је исто поништила за одређени број лотова и наложила да се изврши поновни преглед достављених понуда.

У поновном поступку прегледа понуда Комисија је утврдила да достављене понуде нису прихватљиве, те је предложено да се поступак набавке поништи.

На основу препоруке Комисије, Директор Уговорног органа је 14.09.2015. године донио Рјешење о поништавању поступка број: број: 10/3-015-8967-28/14.

Канцеларија за разматрање жалби Босне и Херцеговине је Рјешењем број: УП2-01-07.1-1378-13/15 од 30.12.2015. године поништила Рјешење о поништењу поступка број: 10/3-015-8967-28/14 од 14.09.2015. године и вратила предмет на поновни поступак.

Како би могао да изврши поновни преглед, а с обзиром да су опције понуда истекле за време обустане поступка, понуђачима је упућен захтјев да уколико остају при својој понуди доставе писану изјаву да продужавају период важења своје понуде и продужену гаранцију за озбиљност понуде.

Писану изјаву о продужењу понуде и продужену банкарску гаранцију су доставили понуђачи:

- «ПРОМА» д.о.о. Сарајево
- «WELLMEDIC» д.о.о. Градишка
- «MEDICOM» д.о.о. Бијељина
- «СО.MEDPROM» д.о.о. Бања Лука
- «ADRIALINE» д.о.о. Бања Лука

Како понуђачи:

- «СТЕПМЕД» д.о.о. Бања Лука
- «СОРС» д.о.о. Бања Лука
- «MEDICALLUX» д.о.о. Тузла
- «КРАЈИНАДЕНТАЛ» д.о.о. Бања Лука

нису одговорили на захтјев за продужење понуде, те њихове понуде нису разматране у поновном поступку.

Приликом поновног прегледа понуда Комисија је уважавајући Рјешења Канцеларије за разматрање жалби БиХ број: УП2-01-07.1-623-11/15 и 10/3-015-8967-28/14, прегледала и оцјенила квалификоване понуде, те дала препоруку за додјелу уговора и поништењу одређеног броја лотова.

На основу препоруке Комисије, Директор Уговорног органа је 10.02.2016. године донио Одлуку о избору најповољнијег понуђача број: 10/015-219-16/16 и Одлуку о дјелимичном поништавању поступка број: 10/015-219-17/16. На наведене Одлуке, један понуђач је изјавио жалбу.

На састанку одржаном 02.03.2016. године Комисија је извршила поновни увид понуде свих понуђача разматрајући и наводе из жалбе и утврдила слиједеће:

Понуда понуђача **«WELLMEDIC» д.о.о. Градишка** није прихватљива из разлога што је овај понуђач на страни 289. своје понуде доставио изјаву да није нуђен мито и да нису учествовали у корупцијским радњама али не на начин како је прописано чланом 52. Закона о јавним набавкама и подзаконским актом.

Изјаву о испуњавању услова из члана 45. Закона о јавним набавкама је потписао Синиша Ацић у својству представника друштва али из достављеног Актуелног извода из судског регистра се види да је овлаштено лице за заступање Славко Дуњић. Да би достављена изјава била прихватљива, понуђач је био дужан доставити и посебно овлаштење за С.Ацића од стране законског заступника привредног друштва. Достављени каталог није у складу са захтјевима из тачке 7.2.1. Тендерске документације из разлога што на истом није јасно назначен број лота и ставке који се нуде већ је достављен запис да су кодови и шифре наведени за примјер.

Понуда понуђача **«ПРОМА» д.о.о. Сарајево** није прихватљива из разлога што је овај понуђач на странама 140 и 141 своје понуде доставио ауторизације произвођача ALTAYLAR и ASSUT MEDICAL SARM на енглеском језику без превода на један од службених језика у БиХ. На наведеним ауторизацијама није наведен назив робе на које се односи што је био захтјев тачке 7.2.1. Тендерске документације.

Понуда понуђача **«СО.MEDPROM» д.о.о. Бања Лука** није прихватљива из разлога што је овај понуђач на страни 147 своје понуде доставио Изјаву да произвођач ERGON SUTRAMED Италија нема у каталогу све кодове хируршких конаца тражених техничком спецификацијом, што је противно захтјеву из тачке 7.2.1. Тендерске документације у којој је захтјевано од понуђача да доставе каталог произвођача понуђене робе и на каталогу назначе број лота и ставке понуђене робе, осим за лотове број 1, 2, 3, 4, 8, 13, 19, 24, 25, 26, 49, 50, 67, 70, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 89, 92, 93, 94, 95 и 96 за које су достављени каталози и у истим означени бројеви лота и ставке.

Прије него је извршена оцјена квалификаованих понуда по критеријуму најниже цијене, Комисија је упоредила понуђене вриједности и процјењене вриједности по лоту.

Приликом поређења, а због великог броја лотова за које није пристигла нити једна понуда и потребе здравствених установа за овом врстом медицинских средстава, Комисија је прихватала и понуде чија понуђена вриједност не прелази процјењену вриједност увећану за 5%.

За доле наведене лотове понуђене вриједности по лоту су за више од 5% веће од процјењених вриједности, те исте нису узете у поступак оцјене:

| лот | процјењена вриједност увећана за 5% | понуђена вриједност «СО.MEDPROM» | понуђена вриједност «ADRIALINE» | понуђена вриједност «MEDICOM» |
|-----|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 1   | 95.345                              | 97.471,00                        | 95.667,00                       |                               |
| 2   | 35.910                              | 58.611,00                        | 49.010,00                       |                               |
| 6   | 62.580                              |                                  | 99.657,70                       |                               |
| 7   | 111.195                             |                                  |                                 | 111.496,53                    |
| 8   | 9.975                               | 16.394,40                        |                                 | 12.464,82                     |
| 12  | 1.470                               |                                  | 3.377,00                        |                               |
| 13  | 15.435                              | 19.183,00                        |                                 | 20.031,57                     |
| 17  | 144.270                             |                                  |                                 | 144.653,21                    |
| 18  | 24.885                              |                                  |                                 | 25.022,22                     |
| 30  | 4.200                               |                                  | 4.070,00                        |                               |
| 38  | 28.035                              |                                  | 31.551,10                       |                               |
| 39  | 735                                 |                                  | 870,00                          |                               |
| 41  | 4.515                               |                                  | 10.786,50                       |                               |
| 45  | 315                                 |                                  | 6.240,00                        |                               |
| 47  | 15.750                              |                                  | 34.930,50                       |                               |
| 52  | 19.950                              |                                  | 21.709,20                       | 36.823,36                     |
| 54  | 525                                 |                                  |                                 | 767,01                        |
| 56  | 840                                 |                                  |                                 | 851,54                        |

|     |        |           |           |
|-----|--------|-----------|-----------|
| 57  | 11.025 |           | 11.807,20 |
| 64  | 5.985  |           | 10.904,27 |
| 67  | 41.160 | 47.622,00 |           |
| 70  | 420    | 611,00    | 585,00    |
| 79  | 2.625  | 3.044,00  |           |
| 80  | 630    |           | 1.296,00  |
| 81  | 735    |           | 1.734,00  |
| 82  | 1.155  |           | 2.692,80  |
| 84  | 1.995  |           | 3.753,00  |
| 85  | 1.680  |           | 2.880,00  |
| 89  | 1.470  | 2.415,00  |           |
| 90  | 4.200  |           | 11.600,00 |
| 91  | 2.940  |           | 11.448,00 |
| 92  | 4.725  | 7.003,50  | 7.337,00  |
| 93  | 5.565  | 8.122,80  | 12.377,60 |
| 94  | 882    | 1.342,00  | 1.403,00  |
| 95  | 3.570  | 5.172,30  | 4.679,70  |
| 96  | 3.150  | 4.594,80  | 5.470,00  |
| 97  | 630    |           | 1.431,40  |
| 98  | 2.100  |           | 4.832,00  |
| 99  | 630    |           | 1.337,60  |
| 100 | 158    |           | 270,00    |

Након прегледа достављених докумената, каталога произвођача и узорака, утврђено је:

**Лот 3: Hemostatska resorptivna mrežica velike gustoce – oksidirana regenerisana celuloza**

Понуђач ADRIALINE је за ставку 1 понудио мрежицу димензија 15 x 23 cm, а тражено је 15 x 20 cm. Овај понуђач, такође није доставио тражени узорак.

Понуда понуђача ADRIALINE је одбачена као неприхватљива.

Понуђач CO.MEDPROM је за ставку 1 понудио мрежицу димензија 15 x 23 cm, а тражено је 15 x 20 cm, а за ставку 3 мрежицу димензија 10 x 7,5 cm, а тражено је 10 x 7 cm. Понуда понуђача CO.MEDPROM је одбачена као неприхватљива.

**Лот 5: Hirurški resorptivni konac polyglycolid acid, obložen glyconate ili polikaprolakton+kalcijum stearat resorpc. hidr,violet**

Понуђач ADRIALINE није у достављеном каталогу произвођача (према Анкексу 4: Образац за цијену понуде, ова ставка би требало да се налази у дијелу каталога G-4) означио ставку 1, а што је тражено тачком 5.7.1. Тендерске документације. Његова понуда је одбачена као неприхватљива.

**Лот 13: Neresorptivni prirodni konac svila**

Понуда ADRIALINE није у складу са техничким захтјевима из слиједећих разлога:

Ставка 1: закривљеност игле 1/2, а тражено је 3/8.

Понуда понуђача ADRIALINE је одбачена као неприхватљива.

**Лот 17: Polipropilenska monofilamentna mrežica**

Понуђач ADRIALINE је на страни 140 своје понуде доставио Рјешење Агенције за лијекове и медицинска средства БиХ број: 06-07.27-4244-2/13 од 18.03.2014. године и у табеларном прилогу који чини његов саставни дио нису наведене ставке 3,4,5,6,8 и 9, односно кодови који су у каталогу означени да припадају овим ставкама: А3-6Х11, А3-30Х30, А29-8Х15, А29-30Х30, А1-25Х35, А1-25Х35.

Како је Измјеном тендерске документације од 06.02.2015. године избрисана Напомена тачке 7.2.1. по којој су биле прихватљиве и нерегистроване понуде, то је Комисија одбацила ову понуду као неприхватљиву.

**Лот 22: Prirodni neresorptivni hiruski konac (svila)**

Понуда ADRIALINE није у складу са техничким захтјевима из слиједећих разлога:

Ставка 1: дужина конца 75 cm, а тражено је 45 cm, односно одступање је веће од дозвољених  $\pm 5\%$  (2,25 cm), тип игле није reverse cutting као што је тражено.

Ставка 2: понуђени конач је са једном иглом, а не са двије као што је тражено.

Ставка 3: дужина конца 180, а тражено је 100cm, односно одступање је веће од дозвољених  $\pm 5\%$  (5 cm).

Понуда понуђача ADRIALINE је одбачена као неприхватљива.

**Лот 23: Prirodni svileni neresorptivni konac, 3/8 kruga**

Понуда ADRIALINE није у складу са техничким захтјевима из слиједећих разлога:

Ставка 3: закривљеност игле 1/2, а тражено је 3/8.

Понуда понуђача ADRIALINE је одбачена као неприхватљива.

**Лот 24: Resorptivni multifilamentni konac**

Понуда CO.MEDPROM није у складу са техничким захтјевима из слиједећих разлога:

Ставка 1: закривљеност игле 1/2, а тражено је 3/8.

Понуда понуђача CO.MEDPROM је одбачена као неприхватљива.

**Лот 25: Sintetski resorptivni (60-90 dana resorpcije) polimer glikolne kiseline**

Понуда ADRIALINE није у складу са техничким захтјевима из слиједећих разлога:

Ставке 2, 3, 4 и 5: дужина конца 75 cm, а тражено је 70 cm, односно одступање је веће од дозвољених  $\pm 5\%$  (3,5 cm).

Понуда понуђача ADRIALINE је одбачена као неприхватљива.

**Лот 32: Sintetski monofilamentni brzo resorptivni hirurški konac**

Понуда ADRIALINE није у складу са техничким захтјевима из слиједећих разлога:

Ставка 2: дужина конца 75cm, а тражено је 45cm, односно одступање је веће од дозвољених  $\pm 5\%$  (2,25 cm).

Понуда понуђача ADRIALINE је одбачена као неприхватљива.

**Лот 33: Sintetski monofilamentni konac**

Понуда ADRIALINE није у складу са техничким захтјевима из слиједећих разлога:

Ставка 2: дужина конца 150 cm, а тражено је 130 cm, односно одступање је веће од дозвољених  $\pm 5\%$  (6,5 cm), понуђени конач је без игле, а тражена је једна игла, округла, 1/2, 31 mm.

Понуда понуђача ADRIALINE је одбачена као неприхватљива.

**Лот 34: Sintetski monofilamentni konac vrijeme resorpcije 90-120 dana PGA**

Понуда ADRIALINE није у складу са техничким захтјевима из слиједећих разлога:

Ставка 1: величина игле 35 mm, а тражено је 37 mm, односно одступање је веће од дозвољених  $\pm 5\%$  (1,85 mm).

Ставка 4: дужина конца 60 cm, а тражено је 75 cm, односно одступање је веће од дозвољених  $\pm 5\%$  (3,75 cm)

Понуда понуђача ADRIALINE је одбачена као неприхватљива.

**Лот 35: Sintetski monofilamentni konac vrijeme resorpcije 180-210 dana polydioxanone**

Понуда ADRIALINE није у складу са техничким захтјевима из слиједећих разлога:

Ставке 5 и 6: дужина конца 75 cm, а тражено је 70 cm, односно одступање је веће од дозвољених  $\pm 5\%$  (3,5 cm). Величина игле 25 mm, а тражено је 26,7 mm, односно одступање је веће од дозвољених  $\pm 5\%$  (1,33 mm).

Понуда понуђача ADRIALINE је одбачена као неприхватљива.

**Лот 36: Sintetski monofilamentni konac vrijeme resorpcije 60-90 dana**

Понуда ADRIALINE није у складу са техничким захтјевима из слиједећих разлога:

Понуда ADRIALINE није у складу са техничким захтјевима из слиједећих разлога:

Ставка 2: величина игле 20 mm, а тражено је 22 mm, односно одступање је веће од дозвољених  $\pm 5\%$  (1,1 mm).

Ставка 3: дужина конца 75 cm, а тражено је 70 cm, односно одступање је веће од дозвољених  $\pm 5\%$  (3,5 cm).

Ставка 4: величина игле 16 mm, а тражено је 17 mm, односно одступање је веће од дозвољених  $\pm 5\%$  (0,85 mm).

Понуда понуђача ADRIALINE је одбачена као неприхватљива.

**Лот 37: Sintetski monofilamentni konac vrijeme resorpcije 90-120 dana PGA ili 60-90 co caprolattone**

Понуда ADRIALINE није у складу са техничким захтјевима из слиједећих разлога:

Ставке 1, 12, 24: дужина конца 75 cm, а тражено је 70 cm, односно одступање је веће од дозвољених  $\pm 5\%$  (3,5 cm).

Ставка 2: дужина конца 75 cm, а тражено је 70 cm, односно одступање је веће од дозвољених  $\pm 5\%$  (3,5 cm). Величина игле 26 mm, а тражено је 24 mm, односно одступање је веће од дозвољених  $\pm 5\%$  (1,2 mm).

Ставка 3: величина игле 26 mm, а тражено је 24 mm, односно одступање је веће од дозвољених  $\pm 5\%$  (1,2 mm).

Ставке 4, 5, 6: дужина конца 45 cm, а тражено је 75 cm, односно одступање је веће од дозвољених  $\pm 5\%$  (3,75 cm).

Ставка 9: величина игле 35 mm, а тражено је 37 mm, односно одступање је веће од дозвољених  $\pm 5\%$  (1,85 mm).

Ставка 10: величина игле 40 mm, а тражено је 37 mm, односно одступање је веће од дозвољених  $\pm 5\%$  (1,85 mm).

Ставка 11: дужина конца 75 cm, а тражено је 90 cm, односно одступање је веће од дозвољених  $\pm 5\%$  (4,5 cm).

Ставке 16, 17: дужина конца 75 cm, а тражено је 90 cm, односно одступање је веће од дозвољених  $\pm 5\%$ . Закривљеност игле 3/8, а тражено је 1/2.

Ставка 23: величина игле 20 mm, а тражено је 22 mm, односно одступање је веће од дозвољених  $\pm 5\%$  (1,1 mm).

Понуда понуђача ADRIALINE је одбачена као неприхватљива.

**Лот 44: Sintetski neresorptivni monofilamentni konac Polyamid**

Понуда ADRIALINE није у складу са техничким захтјевима из слиједећих разлога:

Ставка 6: дужина конца 100 cm, а тражено је 90 cm, односно одступање је веће од дозвољених  $\pm 5\%$  (4,5 cm).

Ставке 7, 8, 13, 17: дужина конца 75 cm, а тражено је 70 cm, односно одступање је веће од дозвољених  $\pm 5\%$  (3,5 cm).

Понуда понуђача ADRIALINE је одбачена као неприхватљива.

**Лот 46: Sintetski neresorptivni monofilamentni konac Polypropylen**

Понуда ADRIALINE није у складу са техничким захтјевима из слиједећих разлога:

Ставка 2: дужина конца 100 cm, а тражено је 75 cm, односно одступање је веће од дозвољених  $\pm 5\%$  (3,75 cm).

Ставка 3: величина игле 20 mm, а тражено је 22 mm, односно одступање је веће од дозвољених  $\pm 5\%$  (1,1 mm).

Ставка 4: дужина конца 75 cm, а тражено је 45 cm, односно одступање је веће од дозвољених  $\pm 5\%$  (2,25 cm).

Понуда понуђача ADRIALINE је одбачена као неприхватљива.

**Лот 49: Sintetski neresorptivni monofilamentni konac Polyvinildenfluorid**

Понуда ADRIALINE није у складу са техничким захтјевима из слиједећих разлога:

Ставке 1, 2, 3, 4: дужина конца 100 cm, а тражено је 75 cm, односно одступање је веће од дозвољених  $\pm 5\%$  (3,75 cm).

Ставка 7: величина игле 20 mm, а тражено је 22 mm, односно одступање је веће од дозвољених  $\pm 5\%$  (1,1 mm).

Ставка 8: величина игле 16 mm, а тражено је 17,4 mm, односно одступање је веће од дозвољених  $\pm 5\%$  (0,87 mm).

Ставка 9: дужина конца 60 cm, а тражено је 75 cm, односно одступање је веће од дозвољених  $\pm 5\%$  (3,75 cm). Закривљеност игле 3/8, а тражено је 1/2.

Ставка 10: дужина конца 75 cm, а тражено је 45 cm, односно одступање је веће од дозвољених  $\pm 5\%$  (2,25 cm).

Ставка 11: дужина конца 75 cm, а тражено је 45 cm, односно одступање је веће од дозвољених  $\pm 5\%$  (2,25 cm). Величина игле 26 mm, а тражено је 24 mm, односно одступање је веће од дозвољених  $\pm 5\%$  (1,2 mm).

Понуда понуђача ADRIALINE је одбачена као неприхватљива.

**Лот 51: Sintetski resorptivni monofilamentni konac PGA rapid**

Понуда ADRIALINE није у складу са техничким захтјевима из слиједећих разлога:

Ставка 2: Дебљина конца 2/0, тражено је 3/0 UPS.

Понуда понуђача ADRIALINE је одбачена као неприхватљива.

**Лот 54: Sintetski sporo resorptivni monofilamenti konac polyglyconate**

Понуда ADRIALINE није у складу са техничким захтјевима из слиједећих разлога:

Ставка 1: величина игле 40 mm, а тражено је 37 mm, односно одступање је веће од дозвољених  $\pm 5\%$  (1,85 mm).

Понуда понуђача ADRIALINE је одбачена као неприхватљива.

**Лот 56: Sintetski sporo resorptivni monofilamenti konac polyglyconate, 1USP**

Понуда ADRIALINE није у складу са техничким захтјевима из слиједећих разлога:

Ставка 1: величина игле 40 mm, а тражено је 37 mm, односно одступање је веће од дозвољених  $\pm 5\%$  (1,85 mm).

Понуда понуђача ADRIALINE је одбачена као неприхватљива.

**Лот 58: Sintetski upredeni konac PGA**

Понуда ADRIALINE није у складу са техничким захтјевима из слиједећих разлога:

Ставка 2: Техничком спецификацијом је тражен конач који има једну тешку иглу. Ова ставка је означена у каталогу на страни 171, под кодом G6360 и за исти није наведено да се ради о тешкој игли.

Како је под овим кодом означен и лот 25 ставка 1, лот 34 ставка 1, лот 37 ставка 8 за који нису тражене тешке игле, то потврђује да ни понуђена ставка 2 лота 58 нема тешку иглу.

Ставка 3: Техничком спецификацијом је тражен конач који има једну тешку иглу. Ова ставка је означена у каталогу на страни 171, под кодом G7360 и за исти није наведено да се ради о тешкој игли.

Ставка 4: Техничком спецификацијом је тражен конач који има једну тешку иглу. Ова ставка је означена у каталогу на страни 171, под кодом G7400 и за исти није наведено да се ради о тешкој игли.

Како је под овим кодом означен и лот 37 ставка 14 за који нису тражена тешка игле, то потврђује да ни понуђена ставка 4 лота 58 нема тешку иглу.

Ставка 5: Техничком спецификацијом је тражен конач који има једну тешку иглу. Ова ставка је означена у каталогу на страни 171, под кодом G7410 и за исти није наведено да се ради о тешкој игли.

Како је под овим кодом означен и лот 37 ставка 13 за који нису тражена тешка игле, то потврђује да ни понуђена ставка 5 лота 58 нема тешку иглу.

Ставка 6: Техничком спецификацијом је тражен конач који има једну тешку иглу. Ова ставка је означена у каталогу на страни 172, под кодом G8510 и за исти није наведено да се ради о тешкој игли.

Како је под овим кодом означен и лот 33 ставка 1 за који нису тражена тешка игле, то потврђује да ни понуђена ставка 6 лота 58 нема тешку иглу.

Ставка 7: Техничком спецификацијом је тражен конач који има једну тешку иглу. Ова ставка је означена у каталогу на страни 171, под кодом G5300 и за исти није наведено да се ради о тешкој игли.

Како је под овим кодом означен и лот 37 ставка 1, лот 21 за који нису тражене тешке игле, то потврђује да ни понуђена ставка 2 лота 58 нема тешку иглу.

**Лот 59: Sintetski upredeni konac PGA vrijeme resorpcije 42 dana**

Понуда ADRIALINE није у складу са техничким захтјевима из слиједећих разлога:

Ставке 2, 10: величина игле 35 mm, а тражено је 37 mm, односно одступање је веће од дозвољених  $\pm 5\%$  (1,85 mm).

Ставке 4, 7: Закривљеност игле 3/8, а тражено је 1/2.

Ставка 5: величина игле 26 mm, а тражено је 24 mm, односно одступање је веће од дозвољених  $\pm 5\%$  (1,25 mm).

Ставка 6: дебљина конца 3/0, тражено је 4/0 UPS.

Ставка 8: дужина конца 75 cm, а тражено је 60 cm, односно одступање је веће од дозвољених  $\pm 5\%$  (3cm).

Ставка 9: величина игле 13, а тражено је 11 mm, односно одступање је веће од дозвољених  $\pm 5\%$  (0,55 mm).

Понуда понуђача ADRIALINE је одбачена као неприхватљива.



**Лот 73: Hirurški konac neresorptivni silk-za ligature**

Понуда CO.MEDPROM није у складу са техничким захтјевима из слиједећих разлога:

Ставке 1,2,3,4,5,6: дужина конца 10x45 cm, а тражено је 10x75 cm, односно одступање је веће од дозвољених ±5%.

Понуда ADRIALINE није у складу са техничким захтјевима из слиједећих разлога:

Ставка 5: дужина конца 17x45 cm, а тражено је 10x75 cm, односно одступање је веће од дозвољених ±5%.

**Лот 76: Prirodni svileni konac neresorptivni**

Понуда ADRIALINE није у складу са техничким захтјевима из слиједећих разлога:

Ставка 1: величина игле 25 mm, а тражено је 22 mm, односно одступање је веће од дозвољених ±5% (1,1 mm). Закривљеност игле 3/8, а тражено је 1/2.

Понуда понуђача ADRIALINE је одбачена као неприхватљива.

Оцјена технички задовољавајућих понуда је извршена по критеријуму најниже цијене како слиједи:

**Лот 4: Hemostatska resorptivna želatinozna spužvica 1x1x1cm**

| ПОНУЂАЧ                       | ПРОИЗВОЂАЧ  | ЦИЈЕНА без ПДВ-а | Ранг |
|-------------------------------|-------------|------------------|------|
| «ADRIALINE» д.о.о. Бања Лука  | MDD         | 1.336,00         | 1    |
| «CO.MEDPROM» д.о.о. Бања Лука | Equimedical | 2.004,00         | 2    |

**Лот 19: Poluresorptivna mrežica (polipropilen-poliglecaprone)**

| ПОНУЂАЧ                       | ПРОИЗВОЂАЧ | ЦИЈЕНА без ПДВ-а | Ранг |
|-------------------------------|------------|------------------|------|
| «CO.MEDPROM» д.о.о. Бања Лука | Assut      | 105.835,50       | 1    |

**Лот 25: Sintetski resorptivni (60-90 dana resorpcije) polimer glikolne kiseline**

| ПОНУЂАЧ                       | ПРОИЗВОЂАЧ     | ЦИЈЕНА без ПДВ-а | Ранг |
|-------------------------------|----------------|------------------|------|
| «CO.MEDPROM» д.о.о. Бања Лука | Ergon Sutramed | 361.105,00       | 1    |

**Лот 26: Sintetski upredeni neresorptivni poliesterski konac obložen silikonom za ligature, zeleni, sterilan**

| ПОНУЂАЧ                       | ПРОИЗВОЂАЧ     | ЦИЈЕНА без ПДВ-а | Ранг |
|-------------------------------|----------------|------------------|------|
| «ADRIALINE» д.о.о. Бања Лука  | Dogsan         | 38.220,00        | 1    |
| «CO.MEDPROM» д.о.о. Бања Лука | Ergon Sutramed | 43.680,00        | 2    |

**Лот 49: Sintetski neresorptivni monofilamentni konac Polyvinildenfluorid**

| ПОНУЂАЧ                       | ПРОИЗВОЂАЧ     | ЦИЈЕНА без ПДВ-а | Ранг |
|-------------------------------|----------------|------------------|------|
| «CO.MEDPROM» д.о.о. Бања Лука | Ergon Sutramed | 10.792,00        | 1    |

**Лот 50: Sintetski neresorptivni monofilamentni konac Polyamid, 18-24mm**

| ПОНУЂАЧ                       | ПРОИЗВОЂАЧ     | ЦИЈЕНА без ПДВ-а | Ранг |
|-------------------------------|----------------|------------------|------|
| «CO.MEDPROM» д.о.о. Бања Лука | Ergon Sutramed | 2.352,00         | 1    |
| «ADRIALINE» д.о.о. Бања Лука  | Dogsan         | 3.360,00         | 2    |

**Лот 64: Sintetski upredeni resorptivni konac vrijeme resorpcije 56-70 dana**

| ПОНУЂАЧ                      | ПРОИЗВОЂАЧ | ЦИЈЕНА без ПДВ-а | Ранг |
|------------------------------|------------|------------------|------|
| «ADRIALINE» д.о.о. Бања Лука | Dogsan     | 5.410,00         | 1    |

**Лот 72: Hirurški neresorptivni multifilamentni konac polyamid, ne obložen, plavi ili crni**

| ПОНУЂАЧ                      | ПРОИЗВОЂАЧ | ЦИЈЕНА без ПДВ-а | Ранг |
|------------------------------|------------|------------------|------|
| «ADRIALINE» д.о.о. Бања Лука | Dogsan     | 1.728,00         | 1    |

**Лот 74: Hirurški neresorptivni konac silk**

| ПОНУЂАЧ                       | ПРОИЗВОЂАЧ     | ЦИЈЕНА без ПДВ-а | Ранг |
|-------------------------------|----------------|------------------|------|
| «ADRIALINE» д.о.о. Бања Лука  | Dogsan         | 216,00           | 1    |
| «CO.MEDPROM» д.о.о. Бања Лука | Ergon Sutramed | 280,80           | 2    |

**Лот 75: Polipropilenska monofilamentna mrežica 15x15, величина поре 1,7x1,7**

| ПОНУЂАЧ                       | ПРОИЗВОЂАЧ     | ЦИЈЕНА<br>без ПДВ-а | Ранг |
|-------------------------------|----------------|---------------------|------|
| «ADRIALINE» д.о.о. Бања Лука  | Angiologica    | 6.660,00            | 1    |
| «CO.MEDPROM» д.о.о. Бања Лука | Ergon Sutramed | 7.092,00            | 2    |

**Лот 77: Hemostatska resorptivna želatinozna spužvica 7x5x1 cm**

| ПОНУЂАЧ                       | ПРОИЗВОЂАЧ  | ЦИЈЕНА<br>без ПДВ-а | Ранг |
|-------------------------------|-------------|---------------------|------|
| «ADRIALINE» д.о.о. Бања Лука  | MDD         | 4.669,00            | 1    |
| «CO.MEDPROM» д.о.о. Бања Лука | Equimedical | 5.152,00            | 2    |

**Лот 78: Hemostatska tekuća želatina**

| ПОНУЂАЧ                       | ПРОИЗВОЂАЧ  | ЦИЈЕНА<br>без ПДВ-а | Ранг |
|-------------------------------|-------------|---------------------|------|
| «CO.MEDPROM» д.о.о. Бања Лука | Equimedical | 5.112,00            | 1    |

**Лот 79: Hemostatski želatinozni puder**

| ПОНУЂАЧ                      | ПРОИЗВОЂАЧ | ЦИЈЕНА<br>без ПДВ-а | Ранг |
|------------------------------|------------|---------------------|------|
| «ADRIALINE» д.о.о. Бања Лука | MDD        | 2.400,00            | 1    |

Имајући у виду горе наведено одлучено је као у диспозитиву Одлуке.

**Поука о правном лијеку:**

Сваки понуђач који има легитиман интерес за конкретни уговор о јавној набавци и који сматра да је Уговорни орган у току конкретног поступка додјеле уговора прекршио једну или више одредби Закона о јавним набавкама или подзаконских аката донесених на основу њега има право изјавити жалбу на поступак. Жалба се изјављује у писаној форми путем Уговорног органа у најмање 3 (три) примјерка у року од 10 дана од дана пријема Одлуке.

Извршни директор Сектора за уговарање  
здравствених услуга и јавне набавке  
Мр Раде Благојевић



