

**ФОНД ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Бања Лука**

Број: 10/015-219-32/16
Датум: 02.03.2016. године

На основу члана 64. став (1) тачка б), члана 70 став (1), (3) и (6) Закона о јавним набавкама («Службени гласник Босне и Херцеговине» број: 39/14) и члана 30. Статута Фонда здравственог осигурања Републике Српске («Службени гласник Републике Српске» број: 6/04, 19/05, 63/08, 64/09, 105/09, 119/11 и 113/14) и Правилника о јавним набавкама у Фонду здравственог осигурања Републике Српске број: 02/002-7193-11/15 од 07.12.2015. године, а на основу утврђене препоруке од стране Комисије за провођење отвореног поступка јавне набавке хируршких конача, доносим

ОДЛУКА
о избору најповољнијег понуђача

I

Уговор за реализацију набавке хируршких конача у отвореном поступку број: 10/3-015-8967/14, додјељује се понуђачу

ADRIALINE д.о.о. Б.Лука за

ОПИС	ПРОИЗВОЂАЧ	ЦИЈЕНА без ПДВ-а
Лот 4: Hemostatska resorptivna želatinozna spužvica 1x1x1cm	MDD	1.336,00
Лот 26: Sintetski upredeni neresorptivni poliesterski konac obložen silikonom za ligature, zeleni, sterilan	Dogsan	38.220,00
Лот 64: Sintetski upredeni resorptivni konac vrijeme resorpcije 56-70 dana	Dogsan	5.410,00
Лот 72: Hirurški neresorptivni multifilamentni konac polyamid, ne obložen, plavi ili crni	Dogsan	1.728,00
Лот 74: Hirurški neresorptivni konac silk	Dogsan	216,00
Лот 75: Polipropilenska monofilamentna mrežica 15x15, veličina pore 1,7x1,7	Angiologica	6.660,00
Лот 77: Hemostatska resorptivna želatinozna spužvica 7x5x1 cm	MDD	4.669,00
Лот 79: Hemostatski želatinozni puder	MDD	2.400,00
УКУПНО		60.639,00

СО.MEDPROM д.о.о. Б.Лука за

ОПИС	ПРОИЗВОЂАЧ	ЦИЈЕНА без ПДВ-а
Лот 19: Poluresorptivna mrežica (polipropilen-poliglicaprone)	Assut	105.835,50
Лот 25: Sintetski resorptivni (60-90 dana resorpcije) polimer glikolne kiseline	Ergon Sutramed	361.105,00
Лот 49: Sintetski neresorptivni monofilamentni konac Polyvinildenfluorid	Ergon Sutramed	10.792,00
Лот 50: Sintetski neresorptivni monofilamentni konac Polyamid, 18-24mm	Ergon Sutramed	2.352,00
Лот 78: Hemostatska tekuća želatina	Equimedical	5.112,00
УКУПНО		485.196,50

II

Понуда понуђача из тачке I ове Одлуке је била најповољније по предметној набавци из разлога што је остварила највећи број бодова по критеријуму дефинисаном Тендерском документацијом број: 10/015-5263/15.

III

О овој Одлуци обавјестиће се сви понуђачи у складу са чланом 71. став 1. Закона о јавним набавкама и иста ће бити објављена на веб страници Уговорног органа.

IV

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење

Уговорни орган је 11.11.2014. године донио Рјешење о одобравању јавне набавке. Обавјештење о набавци је објављено у Службеном гласнику БиХ број: 273-1-1-1-3-3/14 од 12.01.2015. и исправку обавјештења бројеви: 273-1-1-1-8-4/14 и 273-1-1-1-8-7/14 у Службеном гласнику БиХ од 26.01., односно 16.02.2015. године.

Јавно отварање понуда одржано је 17.03.2015. године, након чега је Комисија за провођење поступка јавне набавке извршила преглед, оцјену и поређење понуда и дала препоруку Уговорном органу о додјели уговора.

Директор Уговорног органа је 04.05.2015. године донио Рјешење број: 10/3-015-8967-210/14 о поништавању поступка јавне набавке за лотове: 9,10,11,27,28,65,66,68 и 69 и Рјешење број: 10/3-015-8967-20/14 о избору најповољнијег понуђача.

Рјешавајући по изјављеним жалбама на Рјешење о избору најповољнијег понуђача број: 10/3-015-8967-20/14, Канцеларија за разматрање жалби је исто поништила за одређени број лотова и наложила да се изврши поновни преглед достављених понуда.

У поновном поступку прегледа понуда Комисија је утврдила да достављене понуде нису прихватљиве, те је предложено да се поступак набавке поништи.

На основу препоруке Комисије, Директор Уговорног органа је 14.09.2015. године донио Рјешење о поништавању поступка број: број: 10/3-015-8967-28/14.

Канцеларија за разматрање жалби Босне и Херцеговине је Рјешењем број: УП2-01-07.1-1378-13/15 од 30.12.2015. године поништила Рјешење о поништењу поступка број: 10/3-015-8967-28/14 од 14.09.2015. године и вратила предмет на поновни поступак.

Како би могао да изврши поновни преглед, а с обзиром да су опције понуда истекле за време обуставе поступка, понуђачима је упућен захтјев да уколико остају при својој понуди доставе писану изјаву да продужавају период важења своје понуде и продужену гаранцију за озбиљност понуде.

Писану изјаву о продужењу понуде и продужену банкарску гаранцију су доставили понуђачи:

- «ПРОМА» д.о.о. Сарајево
- «WELLMEDIC» д.о.о. Градишка
- «MEDICOM» д.о.о. Бијељина
- «СО.MEDPROM» д.о.о. Бања Лука
- «ADRIALINE» д.о.о. Бања Лука

Како понуђачи:

- «СТЕПМЕД» д.о.о. Бања Лука
- «СОРС» д.о.о. Бања Лука
- «MEDICALLUX» д.о.о. Тузла
- «КРАЈИНАДЕНТАЛ» д.о.о. Бања Лука

нису одговорили на захтјев за продужење понуде, те њихове понуде нису разматране у поновном поступку.

Приликом поновног прегледа понуда Комисија је уважавајући Рјешења Канцеларије за разматрање жалби БиХ број: УП2-01-07.1-623-11/15 и 10/3-015-8967-28/14, прегледала и оцјенила квалификоване понуде, те дала препоруку за додјелу уговора и поништењу одређеног броја лотова.

На основу препоруке Комисије, Директор Уговорног органа је 10.02.2016. године донио Одлуку о избору најповољнијег понуђача број: 10/015-219-16/16 и Одлуку о дјелимичном поништавању поступка број: 10/015-219-17/16. На наведене Одлуке, један понуђач је изјавио жалбу.

На састанку одржаном 02.03.2016. године Комисија је извршила поновни увид понуде свих понуђача разматрајући и наводе из жалбе и утврдила слиједеће:

Понуда понуђача «WELLMEDIC» д.о.о. **Граднска** није прихватљива из разлога што је овај понуђач на страни 289. своје понуде доставио изјаву да није нуђен мито и да нису учествовали у корупцијским радњама али не на начин како је прописано чланом 52. Закона о јавним набавкама и подзаконским актом.

Изјаву о испуњавању услова из члана 45. Закона о јавним набавкама је потписао Сениша Аџић у својству представника друштва али из достављеног Актуелног извода из судског регистра се види да је овлаштено лице за заступање Славко Дуњић. Да би достављена изјава била прихватљива, понуђач је био дужан доставити и посебно овлаштење за С.Аџића од стране законског заступника привредног друштва. Достављени каталог није у складу са захтјевима из тачке 7.2.1. Тендерске документације из разлога што на истом није јасно назначен број лота и ставке који се нуде већ је достављен запис да су кодови и шифре наведени за примјер.

Понуда понуђача «ПРОМА» д.о.о. **Сарајево** није прихватљива из разлога што је овај понуђач на странама 140 и 141 своје понуде доставио ауторизације произвођача ALTAYLAR и ASSUT MEDICAL SARL на енглеском језику без превода на један од службених језика у БиХ. На наведеним ауторизацијама није наведен назив робе на које се односи што је био захтјев тачке 7.2.1. Тендерске документације.

Понуда понуђача «СО.MEDPROM» д.о.о. **Бања Лука** није прихватљива из разлога што је овај понуђач на страни 147 своје понуде доставио Изјаву да произвођач ERGON SUTRAMED Италија нема у каталогу све кодове хируршких конаца тражених техничком спецификацијом, што је противно захтјеву из тачке 7.2.1. Тендерске документације у којој је захтјевано од понуђача да доставе каталог произвођача понуђене робе и на каталогу назначе број лота и ставке понуђене робе, осим за лотове број 1, 2, 3, 4, 8, 13, 19, 24, 25, 26, 49, 50, 67, 70, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 89, 92, 93, 94, 95 и 96 за које су достављени каталози и у истим означени бројеви лота и ставке.

Прије него је извршена оцјена квалификаованих понуда по критеријуму најниже цијене, Комисија је упоредила понуђене вриједности и процјењене вриједности по лоту.

Приликом поређења, а због великог броја лотова за које није пристигла нити једна понуда и потребе здравствених установа за овом врстом медицинских средстава, Комисија је прихватала и понуде чија понуђена вриједност не прелази процјењену вриједност увећану за 5%.

За доле наведене лотове понуђене вриједности по лоту су за више од 5% веће од процјењених вриједности, те исте нису узете у поступак оцјене:

лот	процјењена вриједност увећана за 5%	понуђена вриједност «СО.MEDPROM»	понуђена вриједност «ADRIALINE»	понуђена вриједност «MEDICOM»
1	95.345	97.471,00	95.667,00	
2	35.910	58.611,00	49.010,00	
6	62.580		99.657,70	
7	111.195			111.496,53
8	9.975	16.394,40		12.464,82
12	1.470		3.377,00	
13	15.435	19.183,00		20.031,57
17	144.270			144.653,21
18	24.885			25.022,22
30	4.200		4.070,00	
38	28.035		31.551,10	
39	735		870,00	
41	4.515		10.786,50	
45	315		6.240,00	
47	15.750		34.930,50	
52	19.950		21.709,20	36.823,36
54	525			767,01
56	840			851,54
57	11.025		11.807,20	
64	5.985			10.904,27

67	41.160	47.622,00	
70	420	611,00	585,00
79	2.625	3.044,00	
80	630		1.296,00
81	735		1.734,00
82	1.155		2.692,80
84	1.995		3.753,00
85	1.680		2.880,00
89	1.470	2.415,00	
90	4.200		11.600,00
91	2.940		11.448,00
92	4.725	7.003,50	7.337,00
93	5.565	8.122,80	12.377,60
94	882	1.342,00	1.403,00
95	3.570	5.172,30	4.679,70
96	3.150	4.594,80	5.470,00
97	630		1.431,40
98	2.100		4.832,00
99	630		1.337,60
100	158		270,00

Након прегледа достављених докумената, каталога произвођача и узорак, утврђено је:

Лот 3: Hemostatska resorptivna mrežica velike gustoce – oksidirana regenerisana celuloza

Понуђач ADRIALINE је за ставку 1 понудио мрежицу димензија 15 × 23 cm, а тражено је 15 × 20 cm. Овај понуђач, такође није доставио тражени узорак.

Понуда понуђача ADRIALINE је одбачена као неприхватљива.

Понуђач CO.MEDPROM је за ставку 1 понудио мрежицу димензија 15 × 23 cm, а тражено је 15 × 20 cm, а за ставку 3 мрежицу димензија 10 × 7,5 cm, а тражено је 10 × 7 cm. Понуда понуђача CO.MEDPROM је одбачена као неприхватљива.

Лот 5: Hirurški resorptivni konac polyglycolid acid, obložen glyconate ili polikaprolakton+kalcijum stearat resorpc. hidr,violet

Понуђач ADRIALINE није у достављеном каталогу произвођача (према Анкексу 4: Образац за цијену понуде, ова ставка би требало да се налази у дијелу каталога G-4) означио ставку 1, а што је тражено тачком 5.7.1. Тендерске документације. Његова понуда је одбачена као неприхватљива.

Лот 13: Neresorptivni prirodni konac svila

Понуда ADRIALINE није у складу са техничким захтјевима из слиједећих разлога:

Ставка 1: закривљеност игле 1/2, а тражено је 3/8.

Понуда понуђача ADRIALINE је одбачена као неприхватљива.

Лот 17: Polipropilenska monofilamentna mrežica

Понуђач ADRIALINE је на страни 140 своје понуде доставио Рјешење Агенције за лијекове и медицинска средства БиХ број: 06-07.27-4244-2/13 од 18.03.2014. године и у табеларном прилогу који чини његов саставни дио нису наведене ставке 3,4,5,6,8 и 9, односно кодови који су у каталогу означени да припадају овим ставкама: А3-6X11, А3-30X30, А29-8X15, А29-30X30, А1-25X35, А1-25X35.

Како је Измјеном тендерске документације од 06.02.2015. године избрисана Напомена тачке 7.2.1. по којој су биле прихватљиве и нерегистроване понуде, то је Комисија одбацила ову понуду као неприхватљиву.

Лот 22: Prirodni neresorptivni hiruski konac (svila)

Понуда ADRIALINE није у складу са техничким захтјевима из слиједећих разлога:

Ставка 1: дужина конца 75 cm, а тражено је 45 cm, односно одступање је веће од дозвољених $\pm 5\%$ (2,25 cm), тип игле није reverse cutting као што је тражено.

Ставка 2: понуђени конач је са једном иглом, а не са двије као што је тражено.

Ставка 3: дужина конца 180, а тражено је 100cm, односно одступање је веће од дозвољених $\pm 5\%$ (5 cm).

Понуда понуђача ADRIALINE је одбачена као неприхватљива.

Лот 23: Prirodni svileni neresorptivni konac, 3/8 kruga

Понуда ADRIALINE није у складу са техничким захтјевима из слиједећих разлога:

Ставка 3: закривљеност игле 1/2, а тражено је 3/8.

Понуда понуђача ADRIALINE је одбачена као неприхватљива.

Лот 24: Resorptivni multifilamentni konac

Понуда CO.MEDPROM није у складу са техничким захтјевима из слиједећих разлога:

Ставка 1: закривљеност игле 1/2, а тражено је 3/8.

Понуда понуђача CO.MEDPROM је одбачена као неприхватљива.

Лот 25: Sintetski resorptivni (60-90 dana resorpcije) polimer glikolne kiseline

Понуда ADRIALINE није у складу са техничким захтјевима из слиједећих разлога:

Ставке 2, 3, 4 и 5: дужина конца 75 cm, а тражено је 70 cm, односно одступање је веће од дозвољених $\pm 5\%$ (3,5 cm).

Понуда понуђача ADRIALINE је одбачена као неприхватљива.

Лот 32: Sintetski monofilamentni brzo resorptivni hirurški konac

Понуда ADRIALINE није у складу са техничким захтјевима из слиједећих разлога:

Ставка 2: дужина конца 75cm, а тражено је 45cm, односно одступање је веће од дозвољених $\pm 5\%$ (2,25 cm).

Понуда понуђача ADRIALINE је одбачена као неприхватљива.

Лот 33: Sintetski monofilamentni konac

Понуда ADRIALINE није у складу са техничким захтјевима из слиједећих разлога:

Ставка 2: дужина конца 150 cm, а тражено је 130 cm, односно одступање је веће од дозвољених $\pm 5\%$ (6,5 cm), понуђени конач је без игле, а тражена је једна игла, округла, 1/2, 31 mm.

Понуда понуђача ADRIALINE је одбачена као неприхватљива.

Лот 34: Sintetski monofilamentni konac vrijeme resorpcije 90-120 dana PGA

Понуда ADRIALINE није у складу са техничким захтјевима из слиједећих разлога:

Ставка 1: величина игле 35 mm, а тражено је 37 mm, односно одступање је веће од дозвољених $\pm 5\%$ (1,85 mm).

Ставка 4: дужина конца 60 cm, а тражено је 75 cm, односно одступање је веће од дозвољених $\pm 5\%$ (3,75 cm)

Понуда понуђача ADRIALINE је одбачена као неприхватљива.

Лот 35: Sintetski monofilamentni konac vrijeme resorpcije 180-210 dana polydioxanone

Понуда ADRIALINE није у складу са техничким захтјевима из слиједећих разлога:

Ставке 5 и 6: дужина конца 75 cm, а тражено је 70 cm, односно одступање је веће од дозвољених $\pm 5\%$ (3,5 cm). Величина игле 25 mm, а тражено је 26,7 mm, односно одступање је веће од дозвољених $\pm 5\%$ (1,33 mm).

Понуда понуђача ADRIALINE је одбачена као неприхватљива.

Лот 36: Sintetski monofilamentni konac vrijeme resorpcije 60-90 dana

Понуда ADRIALINE није у складу са техничким захтјевима из слиједећих разлога:

Понуда ADRIALINE није у складу са техничким захтјевима из слиједећих разлога:

Ставка 2: величина игле 20 mm, а тражено је 22 mm, односно одступање је веће од дозвољених $\pm 5\%$ (1,1 mm).

Ставка 3: дужина конца 75 cm, а тражено је 70 cm, односно одступање је веће од дозвољених $\pm 5\%$ (3,5 cm).

Ставка 4: величина игле 16 mm, а тражено је 17 mm, односно одступање је веће од дозвољених $\pm 5\%$ (0,85 mm).

Понуда понуђача ADRIALINE је одбачена као неприхватљива.

Лот 37: Sintetski monofilamentni konac vrijeme resorpcije 90-120 dana PGA ili 60-90 co caprolattone

Понуда ADRIALINE није у складу са техничким захтјевима из слиједећих разлога:

Ставке 1, 12, 24: дужина конца 75 cm, а тражено је 70 cm, односно одступање је веће од дозвољених $\pm 5\%$ (3,5 cm).

Ставка 2: дужина конца 75 cm, а тражено је 70 cm, односно одступање је веће од дозвољених $\pm 5\%$ (3,5 cm). Величина игле 26 mm, а тражено је 24 mm, односно одступање је веће од дозвољених $\pm 5\%$ (1,2 mm).

Ставка 3: величина игле 26 mm, а тражено је 24 mm, односно одступање је веће од дозвољених $\pm 5\%$ (1,2 mm).

Ставке 4, 5, 6: дужина конца 45 cm, а тражено је 75 cm, односно одступање је веће од дозвољених $\pm 5\%$ (3,75 cm).

Ставка 9: величина игле 35 mm, а тражено је 37 mm, односно одступање је веће од дозвољених $\pm 5\%$ (1,85 mm).

Ставка 10: величина игле 40 mm, а тражено је 37 mm, односно одступање је веће од дозвољених $\pm 5\%$ (1,85 mm).

Ставка 11: дужина конца 75 cm, а тражено је 90 cm, односно одступање је веће од дозвољених $\pm 5\%$ (4,5 cm)..

Ставке 16, 17: дужина конца 75 cm, а тражено је 90 cm, односно одступање је веће од дозвољених $\pm 5\%$. Закривљеност игле 3/8, а тражено је 1/2.

Ставка 23: величина игле 20 mm, а тражено је 22 mm, односно одступање је веће од дозвољених $\pm 5\%$ (1,1 mm).

Понуда понуђача ADRIALINE је одбачена као неприхватљива.

Лот 44: Sintetski neresorptivni monofilamentni konac Polyamid

Понуда ADRIALINE није у складу са техничким захтјевима из слиједећих разлога:

Ставка 6: дужина конца 100 cm, а тражено је 90 cm, односно одступање је веће од дозвољених $\pm 5\%$ (4,5 cm).

Ставке 7, 8, 13, 17: дужина конца 75 cm, а тражено је 70 cm, односно одступање је веће од дозвољених $\pm 5\%$ (3,5 cm).

Понуда понуђача ADRIALINE је одбачена као неприхватљива.

Лот 46: Sintetski neresorptivni monofilamentni konac Polypropylen

Понуда ADRIALINE није у складу са техничким захтјевима из слиједећих разлога:

Ставка 2: дужина конца 100 cm, а тражено је 75 cm, односно одступање је веће од дозвољених $\pm 5\%$ (3,75 cm).

Ставка 3: величина игле 20 mm, а тражено је 22 mm, односно одступање је веће од дозвољених $\pm 5\%$ (1,1 mm).

Ставка 4: дужина конца 75 cm, а тражено је 45 cm, односно одступање је веће од дозвољених $\pm 5\%$ (2,25 cm).

Понуда понуђача ADRIALINE је одбачена као неприхватљива.

Лот 49: Sintetski neresorptivni monofilamentni konac Polyvinildenfluorid

Понуда ADRIALINE није у складу са техничким захтјевима из слиједећих разлога:

Ставке 1, 2, 3, 4: дужина конца 100 cm, а тражено је 75 cm, односно одступање је веће од дозвољених $\pm 5\%$ (3,75 cm).

Ставка 7: величина игле 20 mm, а тражено је 22 mm, односно одступање је веће од дозвољених $\pm 5\%$ (1,1 mm).

Ставка 8: величина игле 16 mm, а тражено је 17,4 mm, односно одступање је веће од дозвољених $\pm 5\%$ (0,87 mm).

Ставка 9: дужина конца 60 cm, а тражено је 75 cm, односно одступање је веће од дозвољених $\pm 5\%$ (3,75 cm). Закривљеност огле 3/8, а тражено је 1/2.

Ставка 10: дужина конца 75 cm, а тражено је 45 cm, односно одступање је веће од дозвољених $\pm 5\%$ (2,25 cm).

Ставка 11: дужина конца 75 cm, а тражено је 45 cm, односно одступање је веће од дозвољених $\pm 5\%$ (2,25 cm). Величина игле 26 mm, а тражено је 24 mm, односно одступање је веће од дозвољених $\pm 5\%$ (1,2 mm).

Понуда понуђача ADRIALINE је одбачена као неприхватљива.

Лот 51: Sintetski resorptivni monofilamentni konac PGA rapid

Понуда ADRIALINE није у складу са техничким захтјевима из слиједећих разлога:

Ставка 2: Дебљина конца 2/0, тражено је 3/0 UPS.

Понуда понуђача ADRIALINE је одбачена као неприхватљива.

Лот 54: Sintetski sporo resorptivni monofilamenti konac polyglyconate

Понуда ADRIALINE није у складу са техничким захтјевима из слиједећих разлога:

Ставка 1: величина игле 40 mm, а тражено је 37 mm, односно одступање је веће од дозвољених $\pm 5\%$ (1,85 mm).

Понуда понуђача ADRIALINE је одбачена као неприхватљива.

Лот 56: Sintetski sporo resorptivni monofilamenti konac polyglyconate, 1USP

Понуда ADRIALINE није у складу са техничким захтјевима из слиједећих разлога:

Ставка 1: величина игле 40 mm, а тражено је 37 mm, односно одступање је веће од дозвољених $\pm 5\%$ (1,85 mm).

Понуда понуђача ADRIALINE је одбачена као неприхватљива.

Лот 58: Sintetski upredeni konac PGA

Понуда ADRIALINE није у складу са техничким захтјевима из слиједећих разлога:

Ставка 2: Техничком спецификацијом је тражен конач који има једну тешку иглу. Ова ставка је означена у каталогу на страни 171, под кодом G6360 и за исти није наведено да се ради о тешкој игли.

Како је под овим кодом означен и лот 25 ставка 1, лот 34 ставка 1, лот 37 ставка 8 за који нису тражене тешке игле, то потврђује да ни понуђена ставка 2 лота 58 нема тешку иглу.

Ставка 3: Техничком спецификацијом је тражен конач који има једну тешку иглу. Ова ставка је означена у каталогу на страни 171, под кодом G7360 и за исти није наведено да се ради о тешкој игли.

Ставка 4: Техничком спецификацијом је тражен конач који има једну тешку иглу. Ова ставка је означена у каталогу на страни 171, под кодом G7400 и за исти није наведено да се ради о тешкој игли.

Како је под овим кодом означен и лот 37 ставка 14 за који нису тражена тешка игле, то потврђује да ни понуђена ставка 4 лота 58 нема тешку иглу.

Ставка 5: Техничком спецификацијом је тражен конач који има једну тешку иглу. Ова ставка је означена у каталогу на страни 171, под кодом G7410 и за исти није наведено да се ради о тешкој игли.

Како је под овим кодом означен и лот 37 ставка 13 за који нису тражена тешка игле, то потврђује да ни понуђена ставка 5 лота 58 нема тешку иглу.

Ставка 6: Техничком спецификацијом је тражен конач који има једну тешку иглу. Ова ставка је означена у каталогу на страни 172, под кодом G8510 и за исти није наведено да се ради о тешкој игли.

Како је под овим кодом означен и лот 33 ставка 1 за који нису тражена тешка игле, то потврђује да ни понуђена ставка 6 лота 58 нема тешку иглу.

Ставка 7: Техничком спецификацијом је тражен конач који има једну тешку иглу. Ова ставка је означена у каталогу на страни 171, под кодом G5300 и за исти није наведено да се ради о тешкој игли.

Како је под овим кодом означен и лот 37 ставка 1, лот 21 за који нису тражене тешке игле, то потврђује да ни понуђена ставка 2 лота 58 нема тешку иглу.

Лот 59: Sintetski upredeni konac PGA vrijeme resorpcije 42 dana

Понуда ADRIALINE није у складу са техничким захтјевима из слиједећих разлога:

Ставке 2, 10: величина игле 35 mm, а тражено је 37 mm, односно одступање је веће од дозвољених $\pm 5\%$ (1,85 mm).

Ставке 4, 7: Закривљеност игле 3/8, а тражено је 1/2.

Ставка 5: величина игле 26 mm, а тражено је 24 mm, односно одступање је веће од дозвољених $\pm 5\%$ (1,25 mm).

Ставка 6: дебљина конца 3/0, тражено је 4/0 UPS.

Ставка 8: дужина конца 75 cm, а тражено је 60 cm, односно одступање је веће од дозвољених $\pm 5\%$ (3cm).

Ставка 9: величина игле 13, а тражено је 11 mm, односно одступање је веће од дозвољених $\pm 5\%$ (0,55 mm).

Понуда понуђача ADRIALINE је одбачена као неприхватљива.

Лот 73: Hirurški konac neresorptivni silk-za ligature

Понуда CO.MEDPROM није у складу са техничким захтјевима из слиједећих разлога:

Ставке 1,2,3,4,5,6: дужина конца 10x45 cm, а тражено је 10x75 cm, односно одступање је веће од дозвољених ±5%.

Понуда ADRIALINE није у складу са техничким захтјевима из слиједећих разлога:

Ставка 5: дужина конца 17x45 cm, а тражено је 10x75 cm, односно одступање је веће од дозвољених ±5%.

Лот 76: Prirodni svileni konac neresorptivni

Понуда ADRIALINE није у складу са техничким захтјевима из слиједећих разлога:

Ставка 1: величина игле 25 mm, а тражено је 22 mm, односно одступање је веће од дозвољених ±5% (1,1 mm). Закривљеност игле 3/8, а тражено је 1/2.

Понуда понуђача ADRIALINE је одбачена као неприхватљива.

Оцјена технички задовољавајућих понуда је извршена по критеријуму најниже цијене како слиједи:

Лот 4: Hemostatska resorptivna želatinozna spužvica 1x1x1cm

ПОНУЂАЧ	ПРОИЗВОЂАЧ	ЦИЈЕНА без ПДВ-а	Ранг
«ADRIALINE» д.о.о. Бања Лука	MDD	1.336,00	1
«CO.MEDPROM» д.о.о. Бања Лука	Equimedical	2.004,00	2

Лот 19: Poluresorptivna mrežica (polipropilen-poliglecaprone)

ПОНУЂАЧ	ПРОИЗВОЂАЧ	ЦИЈЕНА без ПДВ-а	Ранг
«CO.MEDPROM» д.о.о. Бања Лука	Assut	105.835,50	1

Лот 25: Sintetski resorptivni (60-90 dana resorpcije) polimer glikolne kiseline

ПОНУЂАЧ	ПРОИЗВОЂАЧ	ЦИЈЕНА без ПДВ-а	Ранг
«CO.MEDPROM» д.о.о. Бања Лука	Ergon Sutramed	361.105,00	1

Лот 26: Sintetski upredeni neresorptivni poliesterski konac obložen silikonom za ligature, zeleni, sterilan

ПОНУЂАЧ	ПРОИЗВОЂАЧ	ЦИЈЕНА без ПДВ-а	Ранг
«ADRIALINE» д.о.о. Бања Лука	Dogsan	38.220,00	1
«CO.MEDPROM» д.о.о. Бања Лука	Ergon Sutramed	43.680,00	2

Лот 49: Sintetski neresorptivni monofilamentni konac Polyvinildenfluorid

ПОНУЂАЧ	ПРОИЗВОЂАЧ	ЦИЈЕНА без ПДВ-а	Ранг
«CO.MEDPROM» д.о.о. Бања Лука	Ergon Sutramed	10.792,00	1

Лот 50: Sintetski neresorptivni monofilamentni konac Polyamid, 18-24mm

ПОНУЂАЧ	ПРОИЗВОЂАЧ	ЦИЈЕНА без ПДВ-а	Ранг
«CO.MEDPROM» д.о.о. Бања Лука	Ergon Sutramed	2.352,00	1
«ADRIALINE» д.о.о. Бања Лука	Dogsan	3.360,00	2

Лот 64: Sintetski upredeni resorptivni konac vrijeme resorpcije 56-70 dana

ПОНУЂАЧ	ПРОИЗВОЂАЧ	ЦИЈЕНА без ПДВ-а	Ранг
«ADRIALINE» д.о.о. Бања Лука	Dogsan	5.410,00	1

Лот 72: Hirurški neresorptivni multifilamentni konac polyamid, ne obložen, plavi ili crni

ПОНУЂАЧ	ПРОИЗВОЂАЧ	ЦИЈЕНА без ПДВ-а	Ранг
«ADRIALINE» д.о.о. Бања Лука	Dogsan	1.728,00	1

Лот 74: Hirurški neresorptivni konac silk

ПОНУЂАЧ	ПРОИЗВОЂАЧ	ЦИЈЕНА без ПДВ-а	Ранг
«ADRIALINE» д.о.о. Бања Лука	Dogsan	216,00	1
«CO.MEDPROM» д.о.о. Бања Лука	Ergon Sutramed	280,80	2

Лот 75: Polipropilenska monofilamentna mrežica 15x15, veličina pore 1,7x1,7

ПОНУЂАЧ	ПРОИЗВОЂАЧ	ЦИЈЕНА без ПДВ-а	Ранг
«ADRIALINE» д.о.о. Бања Лука	Angiologica	6.660,00	1
«CO.MEDPROM» д.о.о. Бања Лука	Ergon Sutramed	7.092,00	2

Лот 77: Hemostatska resorptivna želatinozna spužvica 7x5x1 cm

ПОНУЂАЧ	ПРОИЗВОЂАЧ	ЦИЈЕНА без ПДВ-а	Ранг
«ADRIALINE» д.о.о. Бања Лука	MDD	4.669,00	1
«CO.MEDPROM» д.о.о. Бања Лука	Equimedical	5.152,00	2

Лот 78: Hemostatska tekuća želatina

ПОНУЂАЧ	ПРОИЗВОЂАЧ	ЦИЈЕНА без ПДВ-а	Ранг
«CO.MEDPROM» д.о.о. Бања Лука	Equimedical	5.112,00	1

Лот 79: Hemostatski želatinozni puder

ПОНУЂАЧ	ПРОИЗВОЂАЧ	ЦИЈЕНА без ПДВ-а	Ранг
«ADRIALINE» д.о.о. Бања Лука	MDD	2.400,00	1

Имајући у виду горе наведено одлучено је као у диспозитиву Одлуке.

Поука о правном лијеку:

Сваки понуђач који има легитиман интерес за конкретни уговор о јавној набавци и који сматра да је Уговорни орган у току конкретног поступка додјеле уговора прекршио једну или више одредби Закона о јавним набавкама или подзаконских аката донесених на основу њега има право изјавити жалбу на поступак. Жалба се изјављује у писаној форми путем Уговорног органа у најмање 3 (три) примјерка у року од 10 дана од дана пријема Одлуке.

Извршни директор Сектора за уговарање
здравствених услуга и јавне набавке
Мр Раде Благојевић

