

**ФОНД ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА  
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ  
Бања Лука**

Број: 10/015-219-16/16

Датум: 10.02.2016. године

На основу члана 64. став (1) тачка б), члана 70 став (1), (3) и (6) Закона о јавним набавкама («Службени гласник Босне и Херцеговине» број: 39/14) и члана 30. Статута Фонда здравственог осигурања Републике Српске («Службени гласник Републике Српске» број: 6/04, 19/05, 63/08, 64/09, 105/09, 119/11 и 113/14) и Правилника о јавним набавкама у Фонду здравственог осигурања Републике Српске број: 02/002-7193-11/15 од 07.12.2015. године, а на основу утврђене препоруке од стране Комисије за провођење отвореног поступка јавне набавке хируршких конаца, доносим

**ОДЛУКА**

о избору најповољнијег понуђача

**I**

Уговор за реализацију набавке хируршких конаца у отвореном поступку број: 10/3-015-8967/14, додјељује се понуђачу ADRIALINE д.о.о. Б.Лука за:

ОПИС	ПРОИЗВОЂАЧ	ЦИЈЕНА са ПДВ-ом
Лот 4: Hemostatska resorptivna želatinozna spužvica 1x1x1 cm	MDD	1.563,1200
Лот 26: Sintetski upredeni neresorptivni poliesterski konac obložen silikonom za ligature, zeleni, sterilan	Dogsan	44.717,4000
Лот 50: Sintetski neresorptivni monofilamentni konac Polyamid, 18-24mm	Dogsan	3.931,2000
Лот 58: Sintetski upredeni konac PGA	Dogsan	146.029,00
Лот 64: Sintetski upredeni resorptivni konac vrijeme resorpcije 56-70 dana	Dogsan	6.329,7000
Лот 73: Hirurški konac neresorptivni silk-za ligature	Dogsan	32.857,20
Лот 74: Hirurški neresorptivni konac silk	Dogsan	252,7200
Лот 75: Polipropilenska monofilamentna mrežica 15x15, veličina pore 1,7x1,7	Angiologica	7.792,2000
Лот 77: Hemostatska resorptivna želatinozna spužvica 7x5x1 cm	MDD	5.462,7300
Лот 79: Hemostatski želatinozni puder	MDD	2.808,0000
УКУПНО		251.743,27

**II**

Понуда понуђача из тачке I ове Одлуке је била најповољније по предметној набавци из разлога што је остварила највећи број бодова по критеријуму дефинисаном Тендерском документацијом број: 10/015-5263/15.

**III**

О овој Одлуци обавјестиће се сви понуђачи у складу са чланом 71. став 1. Закона о јавним набавкама и иста ће бити објављена на веб страници Уговорног органа.

**IV**

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

**Образложење**

Уговорни орган је 11.11.2014. године донио Рјешење о одобравању јавне набавке. Обавјештење о набавци је објављено у Службеном гласнику БиХ број: 273-1-1-3-3/14 од 12.01.2015. и исправку обавјештења бројеви: 273-1-1-1-8-4/14 и 273-1-1-1-8-7/14 у Службеном гласнику БиХ од 26.01., односно 16.02.2015. године.

Јавно отварање понуда одржано је 17.03.2015. године, након чега је Комисија за провођење поступка јавне набавке извршила преглед, оцјену и поређење понуда и дала препоруку Уговорном органу о додјели уговора.

Директор Уговорног органа је 04.05.2015. године донио Рјешење број: 10/3-015-8967-210/14 о поништавању поступка јавне набавке за лотове: 9,10,11,27,28,65,66,68 и 69 и Рјешење број: 10/3-015-8967-20/14 о избору најповољнијег понуђача.

*Ми*

Рјешавајући по изјављеним жалбама на Рјешење о избору најповољнијег понуђача број: 10/3-015-8967-20/14, Канцеларија за разматрање жалби је исто поништила за одређени број лотова и наложила да се изврши поновни преглед достављених понуда.

У поновном поступку прегледа понуда Комисија је утврдила да достављене понуде нису прихватљиве, те је предложено да се поступак набавке поништи.

На основу препоруке Комисије, Директор Уговорног органа је 14.09.2015. године донио Рјешење о поништавању поступка број: број: 10/3-015-8967-28/14.

Канцеларија за разматрање жалби Босне и Херцеговине је Рјешењем број: УП2-01-07.1-1378-13/15 од 30.12.2015. године поништила Рјешење о поништењу поступка број: 10/3-015-8967-28/14 од 14.09.2015. године и вратила предмет на поновни поступак.

Како би могао да изврши поновни преглед, а с обзиром да су опције понуда истекле за време обуставе поступка, понуђачима је упућен захтјев да уколико остају при својој понуди доставе писану изјаву да продужавају период важења своје понуде и продужену гаранцију за озбиљност понуде.

Писану изјаву о продужењу понуде и продужену банкарску гаранцију су доставили понуђачи:

- «ПРОМА» д.о.о. Сарајево
- «WELLMEDIC» д.о.о. Градишка
- «MEDICOM» д.о.о. Бијељина
- «СО.MEDPROM» д.о.о. Бања Лука
- «ADRIALINE» д.о.о. Бања Лука

Како понуђачи:

- «СТЕПМЕД» д.о.о. Бања Лука
- «СОРС» д.о.о. Бања Лука
- «MEDICALLUX» д.о.о. Тузла
- «КРАЈИНАДЕНТАЛ» д.о.о. Бања Лука

нису одговорили на захтјев за продужење понуде, те њихове понуде нису разматране у поновном поступку.

Приликом поновног прегледа понуда Комисија је уважавајући Рјешења Канцеларије за разматрање жалби БиХ број: УП2-01-07.1-623-11/15 и 10/3-015-8967-28/14 утврдила:

Понуда понуђача **«WELLMEDIC» д.о.о. Градишка** није прихватљива из разлога што је овај понуђач на страни 289. своје понуде доставио изјаву да није нуђен мито и да нису учествовали у корупцијским радњама али не на начин како је прописано чланом 52. Закона о јавним набавкама и подзаконским актом.

Изјаву о испуњавању услова из члана 45. Закона о јавним набавкама је потписао Синиша Ацић у својству представника друштва али из достављеног Актуелног извода из судског регистра се види да је овлаштено лице за заступање Славко Дуњић. Да би достављена изјава била прихватљива, понуђач је био дужан доставити и посебно овлаштење за С.Ацића од стране законског заступника привредног друштва. Достављени каталог није у складу са захтјевима из тачке 7.2.1. Тендерске документације из разлога што на истом није јасно назначен број лота и ставке који се нуде већ је достављен запис да су кодови и шифре наведени за примјер.

Понуда понуђача **«ПРОМА» д.о.о. Сарајево** није прихватљива из разлога што је овај понуђач на странама 140 и 141 своје понуде доставио ауторизације произвођача ALTAYLAR и ASSUT MEDICAL SARL на енглеском језику без превода на један од службених језика у БиХ. На наведеним ауторизацијама није наведен назив робе на које се односи што је био захтјев тачке 7.2.1. Тендерске документације.

Понуда понуђача **«СО.MEDPROM» д.о.о. Бања Лука** није прихватљива из разлога што је овај понуђач на страни 147 своје понуде доставио Изјаву да произвођач ERGON SUTRAMED Италија нема у каталогу све кодове хируршких конаца тражених техничком спецификацијом, што је противно захтјеву из тачке 7.2.1. Тендерске документације у којој је захтјевано од понуђача да доставе каталог произвођача понуђене робе и на каталогу назначе број лота и ставке понуђене робе.

Понуђачи MEDICOM д.о.о. Бијељина и ADRIALINE д.о.о. Б.Лука су припремили своје понуде на начин како је прописано Тендерском документацијом.

За лотове:

- 9 -Koštani cement i vosak
- 10 - Laneni konac na kalemu nesterilan
- 11 - Liodura
- 14 - Neresorptivni sintetski konac, dvije igle
- 15 - Neresorptivni sintetski konac, jedna igla, 36,3/8
- 16 - Omča za laparoscopske ligature i laparoscopski apendix
- 19 - Poluresorptivna mrežica (polipropilen-poliglecaprone)
- 20 - Polyamide monofilament, neresorptivan
- 21 - Polypropylenska mrezica za Stres Inkontinenciju
- 24 - Resorptivni multifilamentni konac
- 27 - Set za tretman i prevenciju pritiska na rani u abdomenu,...
- 28 - Set za retrakciju organa
- 29 - Set za tretman parenhimnih organa,polyglycolic acid,ne-obloženi
- 31 - Sintetičko ljepilo za vaskularne rekonstruktivne procedure
- 40 - Sintetski ne resorptivni konac za kožu
- 42 - Sintetski neresorptivni konac sa pledzetom
- 43 - Sintetski ne resorptivni konac za kožu, kožna igla
- 48 - Sintetski neresorptivni monofilamentni konac Polyuretanic Polyeter
- 53 - Sintetski sporo resorptivni monofilamenti konac, taper cutting, 4/0 USP
- 55 - Sintetski sporo resorptivni monofilamenti konac, taper cutting
- 60 - Sintetski upredeni neresorptivni konac polyamid
- 61 - Sintetski upredeni obloženi resorptivni konac
- 62 - Sintetski upredeni obloženi sporo resorptivni konac
- 63 - Sintetski upredeni resorptivni konac
- 65 - Specifični hirurški set za epiziotomije, polyglycolid acid, obložen magnesium sterate, bež boje
- 66 - Specijalni hirurški set za popustanje tenzije 90cm
- 67 - Sporo resorptivni hirurški konac za ligaturu
- 68 - Suturacioni flaster STERIL STRIP
- 69 - Zicani Savni materijal Kirschner Wire
- 71 - Hirurški resorptivni sintetski konac
- 78 - Hemostatska tekuća želatina
- 83 - Neresorptivni sintetski konac, jedna igla, 1, 150, okrugla, 70, 1/2
- 86 - Neresorptivni sintetski konac, jedna igla, 2/0, 90, okrugla, 31, 1/2
- 87 -Neresorptivni sintetski konac, jedna igla, 2/0, 20, visi black, 20, ski igla
- 88 - Neresorptivni sintetski konac, jedna igla, 0, 75, kozna, 36, 3/8
- 89 - Neresorptivni sintetski konac, jedna igla, 0, 75, kozna, 40, 3/8

није пристигла нити једна понуда, односно понуђачи нису продужили своје понуде.

Прије него је извршена оцјена квалификаованих понуда по критеријуму најниже цијене, Комисија је упоредила понуђене вриједности и процјењене вриједности по лоту и утврдила да је за доле наведене лотове цијена прихватљивих понуда већа од обезбјеђених средстава за предметну набавку:

**Лот 1: Hemostatska resorptivna mrežica – oksidirana regenerisana celuloza**

Вриједност понуде понуђача ADRIALINE д.о.о. је 95.667,00, а процјењена вриједност 90.805.

**Лот 2: Hemostatska resorptivna mrežica u 7 slojeva – oksidirana regenerisana celuloza**

Вриједност понуде понуђача ADRIALINE д.о.о. је 49.010,00 а процјењена вриједност 34.200.

**Лот 6: Hirurški ne-resoptivni monofilamentni konac polyamid, ne-obložen**

Вриједност понуде понуђача ADRIALINE д.о.о. је 99.657,70, а процјењена вриједност 59.600.

**Лот 7: Kompozitna mrezica za ventralne kile**

Вриједност понуде понуђача ADRIALINE д.о.о. је 111.496,53, а процјењена вриједност 105.900.

**Лот 8: Konac-resorptivni za strabizme**

Вриједност понуде понуђача ADRIALINE д.о.о. је 12.464,82, а процјењена вриједност 9.500.

**Лот 12: Monofilamentni neresorptivni hirurški konac**

Вриједност понуде понуђача ADRIALINE д.о.о. је 3.377,00, а процјењена вриједност 1.400.

**Лот 13: Neresorptivni prirodni konac svila**

Вриједност понуде понуђача MEDICOM д.о.о. је 20.031,57, а процјењена вриједност 14.700.

**Лот 17: Polipropilenska monofilamentna mrežica**

Вриједност понуде понуђача MEDICOM д.о.о. је 144.653,21, а процјењена вриједност 137.400.

**Лот 18: Polipropilenska semioresorptivna samofiksirajuća mrežica, sa PLA resorptivnim kukicama**

Вриједност понуде понуђача ADRIALINE д.о.о. је 25.022,22, а процјењена вриједност 23.700.

**Лот 30: Silk**

Вриједност понуде понуђача ADRIALINE д.о.о. је 4.070,00, а процјењена вриједност 4.000.

**Лот 38: Sintetski monofilamentni neresorptivni konac polyamid**

Вриједност понуде понуђача ADRIALINE д.о.о. је 31.551,10, а процјењена вриједност 26.700.

**Лот 39: Sintetski monofilamentni sporo resorptivni hirurški konac**

Вриједност понуде понуђача ADRIALINE д.о.о. је 870,00, а процјењена вриједност 700.

**Лот 41: Sintetski neresorptivni konac polypropylen**

Вриједност понуде понуђача ADRIALINE д.о.о. је 10.786,50, а процјењена вриједност 4.300.

**Лот 45: Sintetski neresorptivni monofilamentni konac Polyester**

Вриједност понуде понуђача ADRIALINE д.о.о. је 6.240,00, а процјењена вриједност 300.

**Лот 47: Sintetski neresorptivni monofilamentni konac Polypropylen za kožu**

Вриједност понуде понуђача ADRIALINE д.о.о. је 34.930,50, а процјењена вриједност 15.000.

**Лот 52: Sintetski sporo resorptivni monofilamenti konac polyglyconate**

Вриједност понуде понуђача ADRIALINE д.о.о. је 21.709,20, вриједност понуде понуђача MEDICOM д.о.о. је 36.823,36 а процјењена вриједност 19.000.

**Лот 54: Sintetski sporo resorptivni monofilamenti konac polyglyconate**

Вриједност понуде понуђача MEDICOM д.о.о. је 767,01 а процјењена вриједност 500.

**Лот 56: Sintetski sporo resorptivni monofilamenti konac polyglyconate, 1USP**

Вриједност понуде понуђача MEDICOM д.о.о. је 851,54 а процјењена вриједност 800.

**Лот 57: Sintetski spororesorptivni monofilamentni konac**

Вриједност понуде понуђача ADRIALINE д.о.о. је 11.807,20, а процјењена вриједност 10.500.

**Лот 64: Sintetski upredeni resorptivni konac vrijeme resorpcije 56-70 dana**

Вриједност понуде понуђача MEDICOM д.о.о. је 10.907,27 а процјењена вриједност 5.700.

**Лот 70: Hirurški konac brzo resorptivni-RAPID**

Вриједност понуде понуђача ADRIALINE д.о.о. је 585,00, а процјењена вриједност 400.

**Лот 72: Hirurški neresorptivni multifilamentni konac polyamid, ne obložen, plavi ili crni**

Вриједност понуде понуђача ADRIALINE д.о.о. је 1.728,00, а процјењена вриједност 1.700.

**Лот 80: Neresorptivni sintetski konac, jedna igla, 0, 70, okrugla, 40, 1/2**

Вриједност понуде понуђача ADRIALINE д.о.о. је 1.296,00, а процјењена вриједност 600.

**Лот 81: Neresorptivni sintetski konac, jedna igla, 1, 90, okrugla, 36, 1/2**

Вриједност понуде понуђача ADRIALINE д.о.о. је 1.734,00, а процјењена вриједност 700.

**Лот 82: Neresorptivni sintetski konac, jedna igla, 1, 90, okrugla, 40, 1/2**

Вриједност понуде понуђача ADRIALINE д.о.о. је 2.692,80, а процјењена вриједност 1.100.

**Лот 84: Neresorptivni sintetski konac, jedna igla, 2/0, 70, okrugla, 26, 1/2**

Вриједност понуде понуђача ADRIALINE д.о.о. је 3.753,00, а процјењена вриједност 1.900.

**Лот 85: Neresorptivni sintetski konac, jedna igla, 2/0, 70, okrugla, 31, 1/2**

Вриједност понуде понуђача ADRIALINE д.о.о. је 2.880,00, а процјењена вриједност 1.600.

**Лот 90: Neresorptivni sintetski konac, jedna igla, 1, 90, kozna, 40, 3/8**

Вриједност понуде понуђача ADRIALINE д.о.о. је 11.600, а процјењена вриједност 4.000.

**Лот 91: Neresorptivni sintetski konac, jedna igla, 2, 90, kozna, 40, 3/8**

Вриједност понуде понуђача ADRIALINE д.о.о. је 11.448,00, а процјењена вриједност 2.900.

**Лот 92: Neresorptivni sintetski konac, jedna igla, 2/0, 75, kozna, 26, 3/8**

Вриједност понуде понуђача ADRIALINE д.о.о. је 7.337,00, а процјењена вриједност 4.500.

**Лот 93: Neresorptivni sintetski konac, jedna igla, 2/0, 75, kozna, 31, 3/8**

Вриједност понуде понуђача ADRIALINE д.о.о. је 13.377,60, а процјењена вриједност 3.868.

**Лот 94: Neresorptivni sintetski konac, jedna igla, 3/0, 75, kozna, 25, 3/8**

Вриједност понуде понуђача ADRIALINE д.о.о. је 1.403,00, а процјењена вриједност 840.

**Лот 95: Neresorptivni sintetski konac, jedna igla, 3/0, 75, kozna, 26, 3/8**

Вриједност понуде понуђача ADRIALINE д.о.о. је 4.679,70, а процјењена вриједност 3.400.

**Лот 96: Neresorptivni sintetski konac, jedna igla, 3/0, 75, kozna, 31, 3/8**

Вриједност понуде понуђача ADRIALINE д.о.о. је 5.470,00, а процјењена вриједност 3.000.

**Лот 97: Neresorptivni sintetski konac, jedna igla, 4/0, 75, kozna, 18,7, 3/8**

Вриједност понуде понуђача ADRIALINE д.о.о. је 1.431,40, а процјењена вриједност 600.

**Лот 98: Neresorptivni sintetski konac, jedna igla, 4/0, 75, kozna, 26, 3/8**

Вриједност понуде понуђача ADRIALINE д.о.о. је 4.832,00, а процјењена вриједност 2.000.

**Лот 99: Neresorptivni sintetski konac, jedna igla, 5/0, 75, kozna, 16, 3/8**

Вриједност понуде понуђача ADRIALINE д.о.о. је 1.337,60, а процјењена вриједност 600.

**Лот 100: Neresorptivni sintetski konac, jedna igla, 2/0, 75, okrugla, 25,9, 1/2**

Вриједност понуде понуђача ADRIALINE д.о.о. је 270,00, а процјењена вриједност 150.

Након прегледа достављених докумената, каталога произвођача и узорака, утврђено је:

**Лот 3: Hemostatska resorptivna mrežica velike gustoce – oksidirana regenerisana celuloza**

Понуђач ADRIALINE је за ставку 1 понудио мрежицу димензија 15 \* 23 cm, а тражено је 15 \* 20 cm. Овај понуђач, такође није доставио тражени узорак.

Понуда понуђача ADRIALINE је одбачена као неприхватљива.

**Лот 5: Hirurški resorptivni konac polyglycolid acid, obložen glyconate ili polikaprolakton+kalcijum stearat resorpc. hidr,violet**

Понуђач ADRIALINE није у достављеном каталогу произвођача (према Анкексу 4: Образац за цијену понуде, ова ставка би требало да се налази у дијелу каталога G-4) означио ставку 1, а што је тражено тачком 5.7.1. Тендерске документације. Његова понуда је одбачена као неприхватљива.

**Лот 13: Neresorptivni prirodni konac svila**

Понуда ADRIALINE није у складу са техничким захтјевима из слиједећих разлога:

Ставка 1: закривљеност игле 1/2, а тражено је 3/8.

Понуда понуђача ADRIALINE је одбачена као неприхватљива.

**Лот 17: Polipropilenska monofilamentna mrežica**

Понуђач ADRIALINE је на страни 140 своје понуде доставио Рјешење Агенције за лијекове и медицинска средства БиХ број: 06-07.27-4244-2/13 од 18.03.2014. године и у табеларном прилогу који чини његов саставни дио нису наведене ставке 3,4,5,6,8 и 9, односно кодови који су у каталогу означени да припадају овим ставкама: А3-6X11, А3-30X30, А29-8X15, А29-30X30, А1-25X35, А1-25X35.

Како је Измјеном тендерске документације од 06.02.2015. године избрисана Напомена тачке 7.2.1. по којој су биле прихватљиве и нерегистроване понуде, то је Комисија одбацила ову понуду као неприхватљиву.

**Лот 22: Prirodni neresorptivni hiruski konac (svila)**

Понуда ADRIALINE није у складу са техничким захтјевима из слиједећих разлога:

Ставка 1: дужина конца 75 cm, а тражено је 45 cm, односно одступање је веће од дозвољених  $\pm 5\%$  (2,25 cm), тип игле није reverse cutting као што је тражено.

Ставка 2: понуђени конач је са једном иглом, а не са двије као што је тражено.

Ставка 3: дужина конца 180 cm, а тражено је 100 cm, односно одступање је веће од дозвољених  $\pm 5\%$  (5 cm).

Понуда понуђача ADRIALINE је одбачена као неприхватљива.

**Лот 23: Prirodni svileni neresorptivni konac, 3/8 kruga**

Понуда ADRIALINE није у складу са техничким захтјевима из слиједећих разлога:

Ставка 3: закривљеност игле 1/2, а тражено је 3/8.

Понуда понуђача ADRIALINE је одбачена као неприхватљива.

**Лот 25: Sintetski resorptivni (60-90 dana resorpcije) polimer glikolne kiseline**

Понуда ADRIALINE није у складу са техничким захтјевима из слиједећих разлога:

Ставке 2, 3, 4 и 5: дужина конца 75 cm, а тражено је 70 cm, односно одступање је веће од дозвољених  $\pm 5\%$  (3,5 cm).

Понуда понуђача ADRIALINE је одбачена као неприхватљива.

**Лот 32: Sintetski monofilamentni brzo resorptivni hirurški konac**

Понуда ADRIALINE није у складу са техничким захтјевима из слиједећих разлога:

Ставка 2: дужина конца 75 cm, а тражено је 45 cm, односно одступање је веће од дозвољених  $\pm 5\%$  (2,25 cm).

Понуда понуђача ADRIALINE је одбачена као неприхватљива.

**Лот 33: Sintetski monofilamentni konac**

Понуда ADRIALINE није у складу са техничким захтјевима из слиједећих разлога:

Ставка 2: дужина конца 150 cm, а тражено је 130 cm, односно одступање је веће од дозвољених  $\pm 5\%$  (6,5 cm), понуђени конач је без игле, а тражена је једна игла, округла, 1/2, 31 mm.

Понуда понуђача ADRIALINE је одбачена као неприхватљива.

**Лот 34: Sintetski monofilamentni konac vrijeme resorpcije 90-120 dana PGA**

Понуда ADRIALINE није у складу са техничким захтјевима из слиједећих разлога:

Ставка 1: величина игле 35 mm, а тражено је 37 mm, односно одступање је веће од дозвољених  $\pm 5\%$  (1,85 mm).

Ставка 4: дужина конца 60 cm, а тражено је 75 cm, односно одступање је веће од дозвољених  $\pm 5\%$  (3,75 cm)

Понуда понуђача ADRIALINE је одбачена као неприхватљива.

**Лот 35: Sintetski monofilamentni konac vrijeme resorpcije 180-210 dana polydioxanone**

Понуда ADRIALINE није у складу са техничким захтјевима из слиједећих разлога:

Ставке 5 и 6: дужина конца 75 cm, а тражено је 70 cm, односно одступање је веће од дозвољених  $\pm 5\%$  (3,5 cm). Величина игле 25 mm, а тражено је 26,7 mm, односно одступање је веће од дозвољених  $\pm 5\%$  (1,33 mm).

Понуда понуђача ADRIALINE је одбачена као неприхватљива.

**Лот 36: Sintetski monofilamentni konac vrijeme resorpcije 60-90 dana**

Понуда ADRIALINE није у складу са техничким захтјевима из слиједећих разлога:

Понуда ADRIALINE није у складу са техничким захтјевима из слиједећих разлога:

Ставка 2: величина игле 20 mm, а тражено је 22 mm, односно одступање је веће од дозвољених  $\pm 5\%$  (1,1 mm).

Ставка 3: дужина конца 75 cm, а тражено је 70 cm, односно одступање је веће од дозвољених  $\pm 5\%$  (3,5 cm).

Ставка 4: величина игле 16 mm, а тражено је 17 mm, односно одступање је веће од дозвољених  $\pm 5\%$  (0,85 mm).

Понуда понуђача ADRIALINE је одбачена као неприхватљива.

**Лот 37: Sintetski monofilamentni konac vrijeme resorpcije 90-120 dana PGA ili 60-90 co caprolattone**

Понуда ADRIALINE није у складу са техничким захтјевима из слиједећих разлога:

Ставке 1, 12, 24: дужина конца 75 cm, а тражено је 70 cm, односно одступање је веће од дозвољених  $\pm 5\%$  (3,5 cm).

Ставка 2: дужина конца 75 cm, а тражено је 70 cm, односно одступање је веће од дозвољених  $\pm 5\%$  (3,5 cm). Величина игле 26 mm, а тражено је 24 mm, односно одступање је веће од дозвољених  $\pm 5\%$  (1,2 mm).

Ставка 3: величина игле 26 mm, а тражено је 24 mm, односно одступање је веће од дозвољених  $\pm 5\%$  (1,2 mm).

Ставке 4, 5, 6: дужина конца 45 cm, а тражено је 75 cm, односно одступање је веће од дозвољених  $\pm 5\%$  (3,75 cm).

Ставка 9: величина игле 35 mm, а тражено је 37 mm, односно одступање је веће од дозвољених  $\pm 5\%$  (1,85 mm).

Ставка 10: величина игле 40 mm, а тражено је 37 mm, односно одступање је веће од дозвољених  $\pm 5\%$  (1,85 mm).

Ставка 11: дужина конца 75 cm, а тражено је 90 cm, односно одступање је веће од дозвољених  $\pm 5\%$  (4,5 cm).

Ставке 16, 17: дужина конца 75 cm, а тражено је 90 cm, односно одступање је веће од дозвољених  $\pm 5\%$ . Закривљеност игле 3/8, а тражено је 1/2.

Ставка 23: величина игле 20 mm, а тражено је 22 mm, односно одступање је веће од дозвољених  $\pm 5\%$  (1,1 mm).

Понуда понуђача ADRIALINE је одбачена као неприхватљива.

#### **Лот 44: Sintetski neresorptivni monofilamentni konac Polyamid**

Понуда ADRIALINE није у складу са техничким захтјевима из слиједећих разлога:

Ставка 6: дужина конца 100 cm, а тражено је 90 cm, односно одступање је веће од дозвољених  $\pm 5\%$  (4,5 cm).

Ставке 7, 8, 13, 17: дужина конца 75 cm, а тражено је 70 cm, односно одступање је веће од дозвољених  $\pm 5\%$  (3,5 cm).

Понуда понуђача ADRIALINE је одбачена као неприхватљива.

#### **Лот 46: Sintetski neresorptivni monofilamentni konac Polypropylen**

Понуда ADRIALINE није у складу са техничким захтјевима из слиједећих разлога:

Ставка 2: дужина конца 100 cm, а тражено је 75 cm, односно одступање је веће од дозвољених  $\pm 5\%$  (3,75 cm).

Ставка 3: величина игле 20 mm, а тражено је 22 mm, односно одступање је веће од дозвољених  $\pm 5\%$  (1,1 mm).

Ставка 4: дужина конца 75 cm, а тражено је 45 cm, односно одступање је веће од дозвољених  $\pm 5\%$  (2,25 cm).

Понуда понуђача ADRIALINE је одбачена као неприхватљива.

#### **Лот 49: Sintetski neresorptivni monofilamentni konac Polyvinildenfluorid**

Понуда ADRIALINE није у складу са техничким захтјевима из слиједећих разлога:

Ставке 1, 2, 3, 4: дужина конца 100 cm, а тражено је 75 cm, односно одступање је веће од дозвољених  $\pm 5\%$  (3,75 cm).

Ставка 7: величина игле 20 mm, а тражено је 22 mm, односно одступање је веће од дозвољених  $\pm 5\%$  (1,1 mm).

Ставка 8: величина игле 16 mm, а тражено је 17,4 mm, односно одступање је веће од дозвољених  $\pm 5\%$  (0,87 mm).

Ставка 9: дужина конца 60 cm, а тражено је 75 cm, односно одступање је веће од дозвољених  $\pm 5\%$  (3,75 cm). Закривљеност игле 3/8, а тражено је 1/2.

Ставка 10: дужина конца 75 cm, а тражено је 45 cm, односно одступање је веће од дозвољених  $\pm 5\%$  (2,25 cm).

Ставка 11: дужина конца 75 cm, а тражено је 45 cm, односно одступање је веће од дозвољених  $\pm 5\%$  (2,25 cm). Величина игле 26 mm, а тражено је 24 mm, односно одступање је веће од дозвољених  $\pm 5\%$  (1,2 mm).

Понуда понуђача ADRIALINE је одбачена као неприхватљива.

#### **Лот 51: Sintetski resorptivni monofilamentni konac PGA rapid**

Понуда ADRIALINE није у складу са техничким захтјевима из слиједећих разлога:

Ставка 2: Дебљина конца 2/0, тражено је 3/0 UPS.

Понуда понуђача ADRIALINE је одбачена као неприхватљива.

#### **Лот 54: Sintetski sporo resorptivni monofilamenti konac polyglyconate**

Понуда ADRIALINE није у складу са техничким захтјевима из слиједећих разлога:

Ставка 1: величина игле 40 mm, а тражено је 37 mm, односно одступање је веће од дозвољених  $\pm 5\%$  (1,85 mm).

Понуда понуђача ADRIALINE је одбачена као неприхватљива.

#### **Лот 56: Sintetski sporo resorptivni monofilamenti konac polyglyconate, 1USP**

Понуда ADRIALINE није у складу са техничким захтјевима из слиједећих разлога:

Ставка 1: величина игле 40 mm, а тражено је 37 mm, односно одступање је веће од дозвољених  $\pm 5\%$  (1,85 mm).

Понуда понуђача ADRIALINE је одбачена као неприхватљива.

#### **Лот 59: Sintetski upredeni konac PGA vrijeme resorpcije 42 dana**

Понуда ADRIALINE није у складу са техничким захтјевима из слиједећих разлога:

Ставке 2, 10: величина игле 35 mm, а тражено је 37 mm, односно одступање је веће од дозвољених  $\pm 5\%$  (1,85 mm).

Ставке 4, 7: Закривљеност игле 3/8, а тражено је 1/2.

Ставка 5: величина игле 26 mm, а тражено је 24 mm, односно одступање је веће од дозвољених  $\pm 5\%$  (1,25 mm).

Ставка 6: дебљина конца 3/0, тражено је 4/0 UPS.

Ставка 8: дужина конца 75 cm, а тражено је 60 cm, односно одступање је веће од дозвољених  $\pm 5\%$  (3cm).

Ставка 9: величина игле 13 mm, а тражено је 11 mm, односно одступање је веће од дозвољених  $\pm 5\%$  (0,55 mm).

Понуда понуђача ADRIALINE је одбачена као неприхватљива.

#### **Лот 76: Prirodni svileni konac neresorptivni**

Понуда ADRIALINE није у складу са техничким захтјевима из слиједећих разлога:

Ставка 1: величина игле 25 mm, а тражено је 22 mm, односно одступање је веће од дозвољених  $\pm 5\%$  (1,1 mm). Закривљеност игле 3/8, а тражено је 1/2.

Понуда понуђача ADRIALINE је одбачена као неприхватљива.

Даље је одлучено како слиједи:

#### **Лот 4: Hemostatska resorptivna želatinozna spužvica 1x1x1cm**

Понуда понуђача ADRIALINE је у складу са траженим захтјевима, те је извршена оцјена како слиједи:

ПОНУЂАЧ	ПРОИЗВОЂАЧ	ЦИЈЕНА са ПДВ-ом	Ранг
«ADRIALINE» д.о.о. Бања Лука	MDD	1.563,1200	1

#### **Лот 26: Sintetski upredeni neresorptivni poliesterski konac obložen silikonom za ligature, zeleni, sterilan**

Понуда понуђача ADRIALINE је у складу са траженим захтјевима, те је извршена оцјена како слиједи:

ПОНУЂАЧ	ПРОИЗВОЂАЧ	ЦИЈЕНА са ПДВ-ом	Ранг
«ADRIALINE» д.о.о. Бања Лука	Dogsan	44.717,4000	1

#### **Лот 50: Sintetski neresorptivni monofilamentni konac Polyamid, 18-24mm**

Понуда понуђача ADRIALINE је у складу са траженим захтјевима, те је извршена оцјена како слиједи:

ПОНУЂАЧ	ПРОИЗВОЂАЧ	ЦИЈЕНА са ПДВ-ом	Ранг
«ADRIALINE» д.о.о. Бања Лука	Dogsan	3.931,2000	1

#### **Лот 58: Sintetski upredeni konac PGA**

Понуда понуђача ADRIALINE је у складу са траженим захтјевима, те је извршена оцјена како слиједи:

ПОНУЂАЧ	ПРОИЗВОЂАЧ	ЦИЈЕНА са ПДВ-ом	Ранг
«ADRIALINE» д.о.о. Бања Лука	Dogsan	146.029,00	1

#### **Лот 64: Sintetski upredeni resorptivni konac vrijeme resorpcije 56-70 dana**

Понуда понуђача ADRIALINE је у складу са траженим захтјевима, те је извршена оцјена како слиједи:

ПОНУЂАЧ	ПРОИЗВОЂАЧ	ЦИЈЕНА са ПДВ-ом	Ранг
«ADRIALINE» д.о.о. Бања Лука	Dogsan	6.329,7000	1

#### **Лот 73: Hirurški konac neresorptivni silk-za ligature**

Понуда понуђача ADRIALINE је у складу са траженим захтјевима, те је извршена оцјена како слиједи:

ПОНУЂАЧ	ПРОИЗВОЂАЧ	ЦИЈЕНА са ПДВ-ом	Ранг
«ADRIALINE» д.о.о. Бања Лука	Dogsan	32.857,20	1



**Лот 74: Hirurški neresorptivni konac silk**

Понуда понуђача ADRIALINE је у складу са траженим захтјевима, те је извршена оцјена како слиједи:

ПОНУЂАЧ	ПРОИЗВОЂАЧ	ЦИЈЕНА са ПДВ-ом	Ранг
«ADRIALINE» д.о.о. Бања Лука	Dogsan	252,7200	1

**Лот 75: Polipropilenska monofilamentna mrežica 15x15, величина pore 1,7x1,7**

Понуда понуђача ADRIALINE је у складу са траженим захтјевима, те је извршена оцјена како слиједи:

ПОНУЂАЧ	ПРОИЗВОЂАЧ	ЦИЈЕНА са ПДВ-ом	Ранг
«ADRIALINE» д.о.о. Бања Лука	Angiologica	7.792,2000	1

**Лот 77: Hemostatska resorptivna želatinozna spužvica 7x5x1 cm**

Понуда понуђача ADRIALINE је у складу са траженим захтјевима, те је извршена оцјена како слиједи:

ПОНУЂАЧ	ПРОИЗВОЂАЧ	ЦИЈЕНА са ПДВ-ом	Ранг
«ADRIALINE» д.о.о. Бања Лука	MDD	5.462,7300	1

**Лот 79: Hemostatski želatinozni puder**

Понуда понуђача ADRIALINE је у складу са траженим захтјевима, те је извршена оцјена како слиједи:

ПОНУЂАЧ	ПРОИЗВОЂАЧ	ЦИЈЕНА са ПДВ-ом	Ранг
«ADRIALINE» д.о.о. Бања Лука	MDD	2.808,0000	1

Имајући у виду горе наведено одлучено је као у диспозитиву Одлуке.

**Поука о правном лијеку:**

Сваки понуђач који има легитиман интерес за конкретни уговор о јавној набавци и који сматра да је Уговорни орган у току конкретног поступка додјеле уговора прекршио једну или више одредби Закона о јавним набавкама или подзаконских аката донесених на основу њега има право изјавити жалбу на поступак. Жалба се изјављује у писаној форми путем Уговорног органа у најмање 3 (три) примјерка у року од 10 дана од дана пријема Одлуке.

Извршни директор Сектора за уговарање  
здравствених услуга и јавне набавке  
Мр Раде Благојевић

