

**ФОНД ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Бања Лука**

Број: 10.2/015-3525-20/16
Датум: 03.10.2016. године

На основу члана 69. став (2) тачке а) и д), члана 70 став (1), (4) и (6) Закона о јавним набавкама («Службени гласник Босне и Херцеговине» број: 39/14) и члана 30. Статута Фонда здравственог осигурања Републике Српске («Службени гласник Републике Српске» број: 6/04, 19/05, 63/08, 64/09, 105/09, 119/11 и 113/14) и Правилника о јавним набавкама у Фонду здравственог осигурања Републике Српске број: 02/002-7193-11/15 од 07.12.2015. године, а на основу утврђене препоруке од стране Комисије за провођење отвореног поступка јавне набавке медицинског потрошног материјала за васкуларну хирургију, доносим

ОДЛУКА
о поништавању поступка

I

Поништава се поступак јавне набавке медицинског потрошног материјала за васкуларну хирургију лотови 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 и 13, по отвореном поступку број: 10/-015-3525/16 и то:

- у складу са чланом 69. став (2) под а) Закона о јавним набавкама за лотове за које **није достављена ниједна понуда у одређеном крајљем року:**
 - Лот 4 Васкуларни axillo-bifemoralni полиестер графт;
 - Лот 5 Полиестер графт бифуркациони импрегниран са желатином и изоцијанатом;
 - Лот 6 Полиестер графт импрегниран са желатином и изоцијанатом;
- у складу са чланом 69. став (2) под д) Закона о јавним набавкама за лотове за које **није пристигла нити једна прихватљива понуда:**
 - Лот 2 Васкуларни PTFE једнослојни графт са V- порозитетом;
 - Лот 7 Валвулотом за уклањање венских вулвула приликом стављања аутовенског графта;
 - Лот 8 Инверзиони стрипер за уклањање VSM приликом операције вена;
 - Лот 9 Каротидни шант за премјештање каротидне артерије;
 - Лот 11 Балон оклузивни катетери;
 - Лот 12 Васкуларни patchevi;
 - Лот 13 PTFE графт за дијализу.

II

О овој Одлуци обавјестиће се сви понуђачи у складу са чланом 71. став 1. Закона о јавним набавкама и иста ће бити објављена на веб страници Уговорног органа.

III

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење

Фонд здравственог осигурања Републике Српске је Рјешењем о одобравању јавне набавке број: 10/015-3525-1/16 од 17.06.2016. године покренуо процедуру јавне набавке медицинског потрошног материјала за васкуларну хирургију.

Уговорни орган је именовано Комисију за провођење отвореног поступка јавне набавке, Рјешењем број: 10/015-3525-2/16 од 17.06.2016. године.

На основу Обавјештења о набавци 273-1-1-178-3-118/16 које је објављено на Порталу јавних набавки и у «Службеном гласнику БиХ» број: 51, Тендерску документацију је са Портала јавних набавки преузело 16 понуђача.

Преко портала јавних набавки упућено је једно питање понуђача везана за Тендерску документацију, на која је одговорено.

На састанцима одржанима 16.09.2016. и 03.10.2016. године извршен је преглед приспјелих понуда за набавку инфузионих система:

1.	«СО.MEDPROM» д.о.о. Бања Лука (лот 1, 2, 3, 7, 9, 10, 11, 12, 13)
2.	«Adrialine» д.о.о. Бања Лука (лот 1, 2, 3, 8, 9, 10, 12, 13)
3.	«СТЕПМЕД» д.о.о. Бања Лука (лот 1, 3, 10)
4.	«СОРС» д.о.о. Бања Лука (лот 10)

Преглед квалификационе документације је извршен како слиједи:

		Со.MEDPROM	ADRIALINE	СТЕПМЕД	СОРС
1	Образац за достављање понуде А2	стр. 7	стр. 2	стр. 2	стр. 2
2	Образац за вриједност понуде А3	стр. Да	стр. Да	стр. Да	стр. Да
3	Образац за цијену понуде А4	стр. Да	стр. Да	стр. Да	стр. Да
4	Изјава чл 45. А5	стр. 35	стр. 8	стр. 4	стр. 5
5	Изјава чл 52. А6	стр. 37	стр. 10	стр. 5	стр. 6
6	Списак повјерљивих информација А7	стр. 39	стр. 12	стр. 6	стр. 7
7	Нацрт ОС А9	стр. 41	стр. 14	стр. 7	стр. 9
8	Гаранција за озбиљност понуде (лот 2, 3)	стр. 45	стр. 17	стр. 17	стр. -
9	Изјава за гаранцију за уговор	стр. 49	стр. 19	стр. 27	стр. 12
10	Извод из судског регистра	стр. 51	стр. 21	стр. 9	стр. 17
11	РЛШ АЗЉМС РС за промет мед.сред.	стр. 59	стр. 27	стр. 25	стр. 15
12	Ауторизација произвођача	стр. 61, 63	стр. 30	стр. 11, 17	стр. 24
13	РЛШ АЗЉМС РС за понуђену робу	стр. Да	стр. Не	стр. Да	стр. Да
14	Изјава о року испоруке 10 дана	стр. 79	стр. 32	стр. 24	стр. 14
15	Изјава за достављање робних узорака у оригиналном паковању	стр. 85	стр. 33	стр. 26	стр. 37
16	Каталог	стр. 87	стр. 34	стр. 29	стр. 38

Оцјена и поређење су извршени како слиједи:

Лот 1 Васкуларна полиестер филамент плетена тубуларна протеза (процјењена вриједност 87.363,00)

Понуде доставили понуђачи «СТЕПМЕД» д.о.о. Бања Лука, «СО.Medprom» д.о.о. Бања Лука и «Adrialine» д.о.о. Бања Лука. Након прегледа Комисија је констатовала да је понуђач «Adrialine» д.о.о. Бања Лука понудио нерегистровано медицинско средство, односно није доставио Рјешење Агенције за лијекове и медицинска средства БиХ, као доказ да је понуђена роба регистрована у Босни и Херцеговини, а што је захтјевано тачком 5.2.2. Тендерске документације. Комисија је одбацила понуду понуђача «Adrialine» д.о.о. Бања Лука као неприхватљиву.

Прегледом каталога којег је понуђач «Степмед» д.о.о. Бања Лука доставио Комисија је утврдила да понуђени произвођач у каталогу за ставку 6 лота 1 нема дужину од 40cm већ је наведена дужина од 30cm, те је Комисија понуду овог понуђача одбацила као неприхватљиву.

Преостала понуда испуњава све тражене захтјеве те је Комисија извршила оцјену како слиједи:

ПОНУЂАЧ	ПРОИЗВОЂАЧ	критеријуми		бодови		УКУПНО	РАНГ
		Цијена	Рок плаћања	Цијена	Рок плаћања		
СО.Medprom	VUP Medical Češka	65.902,00	240	95	5	100	1

Лот 2 Васкуларни РТФЕ једнослојни графт са V- порозитетом (процјењена вриједност 113.258,00)

Понуде доставили понуђачи «СО.Medprom» д.о.о. Бања Лука и «Adrialine» д.о.о. Бања Лука. Након прегледа Комисија је констатовала да је понуђач «Adrialine» д.о.о. Бања Лука понудио нерегистровано медицинско средство, односно није доставио Рјешење Агенције за лијекове и медицинска средства БиХ, као доказ да је понуђена роба регистрована у Босни и Херцеговини, а што је захтјевано тачком 5.2.2. Тендерске документације. Комисија је одбацила понуду понуђача «Adrialine» д.о.о. Бања Лука као неприхватљиву.

Прегледом каталога којег је понуђач «СО.Medprom» д.о.о. Бања Лука доставио Комисија је утврдила да понуђени произвођач у каталогу за ставку 2 лота 2 нема наведен дијаметар од Ø4-10mm већ је наведен 5-10 mm, те је Комисија понуду овог понуђача одбацила као неприхватљиву.

2

Лот 3 Васкуларна полиестер филамент плетена бифуркациона протеза (процјењена вриједност 102.645,00)

Понуде доставили понуђачи «СТЕПМЕД» д.о.о. Бања Лука, «СО.Медпром» д.о.о. Бања Лука и «Adrialine» д.о.о. Бања Лука. Након прегледа Комисија је констатовала да је понуђач «Adrialine» д.о.о. Бања Лука понудио нерегистровано медицинско средство, односно није доставио Рјешење Агенције за лијекове и медицинска средства БиХ, као доказ да је понуђена роба регистрована у Босни и Херцеговини, а што је захтјевано тачком 5.2.2. Тендерске документације. Комисија је одбацила понуду понуђача «Adrialine» д.о.о. Бања Лука као неприхватљиву.

Прегледом каталога којег је понуђач «Степмед» д.о.о. Бања Лука доставио Комисија је утврдила да понуђени произвођач у каталогу за сваку ставку лота 3 нуди дужину од 45cm, а техничком спецификацијом тендерске документације тражена дужина за сваку ставку лота 3 је 40cm. Даљим прегледом каталога за ставку 6 наведеног лота понуђен је производ који има дијаметар од 22x1mm а који није у складу са техничком спецификацијом тендерске документације којом је за ставку 6 тражени дијаметар од 20x1mm, те је Комисија понуду овог понуђача одбацила као неприхватљиву. Преостала понуда испуњава све тражене захтјеве те је Комисија извршила оцјену како слиједи:

ПОНУЂАЧ	ПРОИЗВОЂАЧ	критеријуми		бодови		УКУПНО	РАПГ
		Цијена	Рок плаћања	Цијена	Рок плаћања		
СО.Медпром	VUP Medical Češka	83.050,00	240	95	5	100	1

Лот 4 Васкуларни axillo-bifemoralni полиестер графт (процјењена вриједност 5.614,00) – није пристигла нити једна понуда.

Лот 5 Полиестер графт бифуркациони импрегниран са желатином и изоцијанатом (процјењена вриједност 13.948,00) – није пристигла нити једна понуда.

Лот 6 Полиестер графт импрегниран са желатином и изоцијанатом (процјењена вриједност 67.932,00) – није пристигла нити једна понуда.

Лот 7 Валвулотом за уклањање венских вулвула приликом стављања аутоvensког графта (процјењена вриједност 9.977,00)

Понуду доставио само понуђач «СО.Медпром» д.о.о. Бања Лука, након прегледа Комисија је констатовала да је исти понудио нерегистровано медицинско средство, односно није доставио Рјешење Агенције за лијекове и медицинска средства БиХ, као доказ да је понуђена роба регистрована у Босни и Херцеговини, а што је захтјевано тачком 5.2.2. Тендерске документације. Комисија је одбацила понуду понуђача «СО.Медпром» д.о.о. Бања Лука као неприхватљиву.

Лот 8 Инверзиони стрипер за уклањање VSM приликом операције вена (процјењена вриједност 6.650,00)

Понуду доставио само понуђач «Adrialine» д.о.о. Бања Лука, након прегледа Комисија је констатовала да је исти понудио нерегистровано медицинско средство, односно није доставио Рјешење Агенције за лијекове и медицинска средства БиХ, као доказ да је понуђена роба регистрована у Босни и Херцеговини, а што је захтјевано тачком 5.2.2. Тендерске документације. Комисија је одбацила понуду понуђача «Adrialine» д.о.о. Бања Лука као неприхватљиву.

Лот 9 Каротидни шант за премјештање каротидне артерије (процјењена вриједност 19.440,00)

Понуде доставили понуђачи «СО.Медпром» д.о.о. Бања Лука и «Adrialine» д.о.о. Бања Лука. Након прегледа Комисија је констатовала да је понуђач «Adrialine» д.о.о. Бања Лука понудио нерегистровано медицинско средство, односно није доставио Рјешење Агенције за лијекове и медицинска средства БиХ, као доказ да је понуђена роба регистрована у Босни и Херцеговини, а што је захтјевано тачком 5.2.2. Тендерске документације. Комисија је одбацила понуду понуђача «Adrialine» д.о.о. Бања Лука као неприхватљиву. Прегледом каталога којег је понуђач «СО.Медпром» д.о.о. Бања Лука доставио Комисија је утврдила да у каталогу нису наведене карактеристике тражене техничком спецификацијом Тендерске документације и то: величина балона 14mm, максимална запремина од 1,5 ml и максималан проток од 137 cm³/min, те је Комисија понуду овог понуђача одбацила као неприхватљиву.

Лот 10 Фогартијев артеријски емболактомијски катетер (процјењена вриједност 43.253,00)

Понуде доставили понуђачи «СТЕПМЕД» д.о.о. Бања Лука, «СОРС» д.о.о. Бања Лука, «СО.Медпром» д.о.о. Бања Лука и «Adrialine» д.о.о. Бања Лука. Након прегледа Комисија је констатовала да је понуђач «Adrialine» д.о.о. Бања Лука понудио нерегистровано медицинско средство, односно није доставио Рјешење Агенције за лијекове и медицинска средства БиХ, као доказ да је понуђена роба регистрована у Босни и Херцеговини, а што је захтјевано тачком 5.2.2. Тендерске документације. Комисија је одбацила понуду понуђача «Adrialine» д.о.о. Бања Лука као неприхватљиву.

Понуђач «СОРС» д.о.о. Бања Лука није доставио Образац за вриједност понуде (Анекс 3) за сваку ставку лота 10 посебно попуњен, већ је доставио један за све ставке, Комисија је одбацила понуду понуђача «СОРС» д.о.о. Бања Лука као неприхватљиву.

Прегледом каталога којег је понуђач «СО.Медпром» д.о.о. Бања Лука доставио за Лот 10, Комисија је утврдила да капацитет балона напуњеног течномшћу не одговара траженим за ставке 1, 8 и 9 тј. понуђени капацитет за ставку 1 је 0,05 ml, за ставку 8 је 1,6 ml и за ставку 9 је 1,75ml, а техничком спецификацијом тендерске документације тражени капацитет за ставку 1 је 0,15 ml, ставку 8 је 2,0 ml и за ставку 9 је 2,5ml. На основу наведеног Комисија је одбацила понуду овог понуђача као неприхватљиву.

Преостала понуда испуњава све тражене захтјеве те је Комисија извршила оцјену како слиједи:

ПОНУЂАЧ	ПРОИЗВОЂАЧ	критеријуми		бодови		УКУПНО	РАНГ
		Цијена	Рок плаћања	Цијена	Рок плаћања		
Степмед	Balton Poljska	32.270,40	90	95	5	100	1

Лот 11 Балон оклузивни катетери (процјењена вриједност 43.258,00)

Понуду доставио само понуђач «СО.Медпром» д.о.о. Бања Лука, након прегледа Комисија је констатовала да је исти понудио нерегистровано медицинско средство, односно није доставио Рјешење Агенције за лијекове и медицинска средства БиХ, као доказ да је понуђена роба регистрована у Босни и Херцеговини, а што је захтјевано тачком 5.2.2. Тендерске документације. Комисија је одбацила понуду понуђача «СО.Медпром» д.о.о. Бања Лука као неприхватљиву.

Лот 12 Васкуларни patchevi (процјењена вриједност 14.000,00)

Понуде доставили понуђачи «СО.Медпром» д.о.о. Бања Лука и «Adrialine» д.о.о. Бања Лука. Након прегледа Комисија је констатовала да су оба понуђача понудили нерегистровано медицинско средство, односно нису доставили Рјешење Агенције за лијекове и медицинска средства БиХ, као доказ да је понуђена роба регистрована у Босни и Херцеговини, а што је захтјевано тачком 5.2.2. Тендерске документације. Комисија је одбацила понуду понуђача «СО.Медпром» д.о.о. Бања Лука и «Adrialine» д.о.о. Бања Лука као неприхватљиве.

Лот 13 PTFE графт за дијализу (процјењена вриједност 4.500,00)

Понуде доставили понуђачи «СО.Медпром» д.о.о. Бања Лука и «Adrialine» д.о.о. Бања Лука. Након прегледа Комисија је констатовала да је понуђач «Adrialine» д.о.о. Бања Лука понудио нерегистровано медицинско средство, односно није доставио Рјешење Агенције за лијекове и медицинска средства БиХ, као доказ да је понуђена роба регистрована у Босни и Херцеговини, а што је захтјевано тачком 5.2.2. Тендерске документације. Комисија је одбацила понуду понуђача «Adrialine» д.о.о. Бања Лука као неприхватљиву.

Прегледом каталога којег је понуђач «СО.Медпром» д.о.о. Бања Лука доставио Комисија је утврдила да у каталогу нису наведене карактеристике тражене техничком спецификацијом Тендерске документације и то: величина балона 14mm, максимална запремина од 1,5 ml и максималан проток од 137 cm/min, те је Комисија понуду овог понуђача одбацила као неприхватљиву.

Прегледом каталога којег је понуђач «СО.Медпром» д.о.о. Бања Лука доставио Комисија је утврдила да понуђени произвођач у каталогу за ставку 1 лота 13 нема наведен величину од 5mm већ је наведен 6 mm, те је Комисија понуду овог понуђача одбацила као неприхватљиву.


Имајући у виду горе наведено одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке.

Поука о правном лијеку:

Сваки понуђач који има легитиман интерес за конкретни уговор о јавној набавци и који сматра да је Уговорни орган у току конкретног поступка додјеле уговора прекршио једну или више одредби Закона о јавним набавкама или подзаконских аката донесених на основу њега има право изјавити жалбу на поступак. Жалба се изјављује у писаној форми путем Уговорног органа у најмање 3 (три) примјерка у року од 10 дана од дана пријема одлуке о избору најповољнијег понуђача.

**Извршни директор Сектора за
јавне набавке**

Мр-пу Бранислав Зељковић



ДИРЕКТОР

Мр Дарко Томашић

