

**ФОНД ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА  
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ  
Бања Лука**

Број: 10.2/015-219-58/16

Датум: 07.10.2016. године

На основу члана 69. став (2) тачке а) д) и е), члана 70 став (1), (4) и (6) Закона о јавним набавкама («Службени гласник Босне и Херцеговине» број: 39/14) и члана 30. Статута Фонда здравственог осигурања Републике Српске («Службени гласник Републике Српске» број: 6/04, 19/05, 63/08, 64/09, 105/09, 119/11 и 113/14) и Правилника о јавним набавкама у Фонду здравственог осигурања Републике Српске број: 02/002-7193-11/15 од 07.12.2015. године, а на основу утврђене препоруке од стране Комисије за провођење отвореног поступка јавне набавке хируршких конача, доносим

**ОДЛУКА**

о поништавању поступка

**I**

Поништава се поступак јавне набавке хируршких конача по отвореном поступку број: 10/3-015-8967/14 из следећих разлога:

што није пристигла нити једна понуда, у складу са чланом 69. став (2) под а):

Лот 9: Koštani cement i vosak

Лот 10: Laneni konac na kalemu nesterilan

Лот 11: Liodura

Лот 14: Neresorptivni sintetski konac, dvije igle

Лот 15: Neresorptivni sintetski konac, jedna igla, 36,3/8

Лот 16: Omča za laparoskopске ligature i laparoskopски appendix

Лот 20: Polyamide monofilament, neresorptivan

Лот 21: Polypropylenska mrežica za Stres Inkontinenciju

Лот 24: Resorptivni multifilamentni konac

Лот 27: Set za tretman i prevenciju pritiska na rani u abdomenu,...

Лот 28: Set za retrakciju organa

Лот 29: Set za tretman parenhimnih organa, polyglycolic acid, ne-obloženi

Лот 31: Sintetičko ljepilo za vaskularne rekonstruktivne procedure

Лот 40: Sintetski ne resorptivni konac za kožu

Лот 42: Sintetski neresorptivni konac sa pledzetom

Лот 43: Sintetski ne resorptivni konac za kožu, kožna igla

Лот 48: Sintetski neresorptivni monofilamentni konac Polyuretanic Polyeter

Лот 53: Sintetski sporo resorptivni monofilamenti konac, taper cutting, 4/0 USP

Лот 55: Sintetski sporo resorptivni monofilamenti konac, taper cutting

Лот 60: Sintetski upredeni neresorptivni konac polyamid

Лот 61: Sintetski upredeni obloženi resorptivni konac

Лот 62: Sintetski upredeni obloženi sporo resorptivni konac

Лот 63: Sintetski upredeni resorptivni konac

Лот 65: Specifični hirurški set za epiziotomije, polyglycolid acid, obložen magnesium sterate, bež boje

Лот 66: Specijalni hirurški set za popustanje tenzije 90cm

Лот 67: Sporo resorptivni hirurški konac za ligaturu

Лот 68: Suturacioni flaster STERIL STRIP

Лот 69: Zicani Savni materijal Kirschner Wire

Лот 71: Hirurški resorptivni sintetski konac

Лот 83: Neresorptivni sintetski konac, jedna igla, 1, 150, okrugla, 70, 1/2

Лот 86: Neresorptivni sintetski konac, jedna igla, 2/0, 90, okrugla, 31, 1/2

Лот 87: Neresorptivni sintetski konac, jedna igla, 2/0, 20, visi black, 20, ski igla

Лот 88: Neresorptivni sintetski konac, jedna igla, 0, 75, kozna, 36, 3/8

Лот 89: Neresorptivni sintetski konac, jedna igla, 0, 75, kozna, 40, 3/8

што нити једна понуда није прихватљива у складу са чланом 69. став (2) под д):

- Лот 3: Hemostatska resorptivna mrežica velike gustoće – oksidirana regenerisana celuloza
- Лот 4: Hemostatska resorptivna želatinozna spužvica 1x1x1cm
- Лот 5: Hirurški resorptivni konac polyglycolid acid, obložen glyconate ili polikaprolakton+kalcijum stearat resorpc. hidr,violet
- Лот 19: Poluresorptivna mrežica (polipropilen-poliglecaprone)
- Лот 22: Prirodni neresorptivni hirurški konac (svila)
- Лот 23: Prirodni svileni neresorptivni konac, 3/8 kruga
- Лот 25: Sintetski resorptivni (60-90 dana resorpcije) polimer glikolne kiseline
- Лот 26: Sintetski upredeni neresorptivni poliesterski konac obložen silikonom za ligature, zeleni, sterilan
- Лот 32: Sintetski monofilamentni brzo resorptivni hirurški konac
- Лот 33: Sintetski monofilamentni konac
- Лот 34: Sintetski monofilamentni konac vrijeme resorpcije 90-120 dana PGA
- Лот 35: Sintetski monofilamentni konac vrijeme resorpcije 180-210 dana polydioxanone
- Лот 36: Sintetski monofilamentni konac vrijeme resorpcije 60-90 dana
- Лот 37: Sintetski monofilamentni konac vrijeme resorpcije 90-120 dana PGA ili 60-90 co caprolattone
- Лот 44: Sintetski neresorptivni monofilamentni konac Polyamid
- Лот 46: Sintetski neresorptivni monofilamentni konac Polypropylen
- Лот 49: Sintetski neresorptivni monofilamentni konac Polyvinildenfluorid
- Лот 50: Sintetski neresorptivni monofilamentni konac Polyamid, 18-24mm
- Лот 51: Sintetski resorptivni monofilamentni konac PGA rapid
- Лот 58: Sintetski upredeni konac PGA
- Лот 59: Sintetski upredeni konac PGA vrijeme resorpcije 42 dana
- Лот 64: Sintetski upredeni resorptivni konac vrijeme resorpcije 56-70 dana
- Лот 72: Hirurški neresorptivni multifilamentni konac polyamid, ne obložen, plavi ili crni
- Лот 73: Hirurški konac neresorptivni silk-za ligature
- Лот 74: Hirurški neresorptivni konac silk
- Лот 75: Polipropilenska monofilamentna mrežica 15x15, veličina pore 1,7x1,7
- Лот 76: Prirodni svileni konac neresorptivni
- Лот 77: Hemostatska resorptivna želatinozna spužvica 7x5x1 cm
- Лот 78: Hemostatska tekuća želatina
- Лот 79: Hemostatski želatinozni puder

што су цијене понуда веће од обезбјеђених средстава, у складу са чланом 69. став (2) под е):

- Лот 1: Hemostatska resorptivna mrežica – oksidirana regenerisana celuloza
- Лот 2: Hemostatska resorptivna mrežica u 7 slojeva – oksidirana regenerisana celuloza
- Лот 6: Hirurški ne-resorptivni monofilamentni konac polyamid, ne-obložen
- Лот 7: Kompozitna mrežica za ventralne kile
- Лот 8: Konac-resorptivni za strabizme
- Лот 12: Monofilamentni neresorptivni hirurški konac
- Лот 13: Neresorptivni prirodni konac svila
- Лот 17: Polipropilenska monofilamentna mrežica
- Лот 18: Polipropilenska semioresorptivna samofiksirajuća mrežica, sa PLA resorptivnim kukicama
- Лот 30: Silk
- Лот 38: Sintetski monofilamentni neresorptivni konac polyamid
- Лот 39: Sintetski monofilamentni sporo resorptivni hirurški konac
- Лот 41: Sintetski neresorptivni konac polypropylen
- Лот 45: Sintetski neresorptivni monofilamentni konac Polyester
- Лот 47: Sintetski neresorptivni monofilamentni konac Polypropylen za kožu
- Лот 52: Sintetski sporo resorptivni monofilamenti konac polyglyconate
- Лот 54: Sintetski sporo resorptivni monofilamenti konac polyglyconate
- Лот 56: Sintetski sporo resorptivni monofilamenti konac polyglyconate, 1USP
- Лот 57: Sintetski spororesorptivni monofilamentni konac
- Лот 70: Hirurški konac brzo resorptivni-RAPID
- Лот 80: Neresorptivni sintetski konac, jedna igla, 0, 70, okrugla, 40, 1/2
- Лот 81: Neresorptivni sintetski konac, jedna igla, 1, 90, okrugla, 36, 1/2
- Лот 82: Neresorptivni sintetski konac, jedna igla, 1, 90, okrugla, 40, 1/2
- Лот 84: Neresorptivni sintetski konac, jedna igla, 2/0, 70, okrugla, 26, 1/2
- Лот 85: Neresorptivni sintetski konac, jedna igla, 2/0, 70, okrugla, 31, 1/2
- Лот 90: Neresorptivni sintetski konac, jedna igla, 1, 90, kozna, 40, 3/8

Лот 91: Neresorptivni sintetski konac, jedna igla, 2, 90, kozna, 40, 3/8  
Лот 92: Neresorptivni sintetski konac, jedna igla, 2/0, 75, kozna, 26, 3/8  
Лот 93: Neresorptivni sintetski konac, jedna igla, 2/0, 75, kozna, 31, 3/8  
Лот 94: Neresorptivni sintetski konac, jedna igla, 3/0, 75, kozna, 25, 3/8  
Лот 95: Neresorptivni sintetski konac, jedna igla, 3/0, 75, kozna, 26, 3/8  
Лот 96: Neresorptivni sintetski konac, jedna igla, 3/0, 75, kozna, 31, 3/8  
Лот 97: Neresorptivni sintetski konac, jedna igla, 4/0, 75, kozna, 18,7, 3/8  
Лот 98: Neresorptivni sintetski konac, jedna igla, 4/0, 75, kozna, 26, 3/8  
Лот 99: Neresorptivni sintetski konac, jedna igla, 5/0, 75, kozna, 16, 3/8  
Лот 100: Neresorptivni sintetski konac, jedna igla, 2/0, 75, okrugla, 25,9, 1/2

## II

О овој Одлуци објавјестиће се сви понуђачи у складу са чланом 71. став 1. Закона о јавним набавкама и исто ће бити објављено на веб страници Уговорног органа.

## III

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

### Образложење

Уговорни орган је 11.11.2014. године донио Рјешење о одобравању јавне набавке. Објавјештење о набавци је објављено у Службеном гласнику БиХ број: 273-1-1-1-3-3/14 од 12.01.2015. и исправку објавјештења бројеви: 273-1-1-1-8-4/14 и 273-1-1-1-8-7/14 у Службеном гласнику БиХ од 26.01., односно 16.02.2015. године.

Јавно отварање понуда одржано је 17.03.2015. године, након чега је Комисија за провођење поступка јавне набавке извршила преглед, оцјену и поређење понуда и дала препоруку Уговорном органу о додјели уговора.

Директор Уговорног органа је 04.05.2015. године донио Рјешење број: 10/3-015-8967-210/14 о поништавању поступка јавне набавке за лотове: 9,10,11,27,28,65,66,68 и 69 и Рјешење број: 10/3-015-8967-20/14 о избору најповољнијег понуђача.

Рјешавајући по изјављеним жалбама на Рјешење о избору најповољнијег понуђача број: 10/3-015-8967-20/14, Канцеларија за разматрање жалби је исто поништила за одређени број лотова и наложила да се изврши поновни преглед достављених понуда.

У поновном поступку прегледа понуда Комисија је утврдила да достављене понуде нису прихватљиве, те је предложено да се поступак набавке поништи.

На основу препоруке Комисије, Директор Уговорног органа је 14.09.2015. године донио Рјешење о поништавању поступка број: број: 10/3-015-8967-28/14.

Канцеларија за разматрање жалби Босне и Херцеговине је Рјешењем број: УП2-01-07.1-1378-13/15 од 30.12.2015. године поништила Рјешење о поништењу поступка број: 10/3-015-8967-28/14 од 14.09.2015. године и вратила предмет на поновни поступак.

Како би могао да изврши поновни преглед, а с обзиром да су опције понуда истекле за време обуставе поступка, понуђачима је упућен захтјев да уколико остају при својој понуди доставе писану изјаву да продужавају период важења своје понуде и продужену гаранцију за озбиљност понуде.

Писану изјаву о продужењу понуде и продужену банкарску гаранцију су доставили понуђачи:

- «ПРОМА» д.о.о. Сарајево
- «WELLMEDIC» д.о.о. Градишка
- «MEDICOM» д.о.о. Бијељина
- «СО.MEDPROM» д.о.о. Бања Лука
- «ADRIALINE» д.о.о. Бања Лука

Како понуђачи:

- «СТЕПМЕД» д.о.о. Бања Лука
- «СОРС» д.о.о. Бања Лука
- «MEDICALLUX» д.о.о. Тузла
- «КРАЈИНАДЕНТАЛ» д.о.о. Бања Лука

нису одговорили на захтјев за продужење понуде, те њихове понуде нису разматране у поновном поступку.

Приликом поновног прегледа понуда Комисија је уважавајући Рјешења Канцеларије за разматрање жалби БиХ број: УП2-01-07.1-623-11/15 и 10/3-015-8967-28/14, прегледала и оцјенила квалификоване понуде, те дала препорукуза додјелу уговора и поништењу одређеног броја лотова.

На основу препоруке Комисије, Директор Уговорног органа је 10.02.2016. године донио Одлуку о избору најповољнијег понуђача број: 10/015-219-16/16 и Одлуку о дјелимичном поништавању поступка број: 10/015-219-17/16. На наведене Одлуке, један понуђач је изјавио жалбу.

На састанку одржаном 02.03.2016. године Комисија је извршила поновни увид понуде свих понуђача разматрајући и наводе из жалбе дала приједлог Директору, који је дана 02.03.2016. године донио Одлуку о избору најповољнијег понуђача број: 10/015-219-32/16 и Одлуку о дјелимичном поништавању поступка број: 10/015-219-33/16.

На Одлуку о избору најповољнијег понуђача један понуђач је изјавио жалбу.

Приликом поновног прегледа понуда Комисија је уважавајући Рјешења Канцеларије за разматрање жалби БиХ, прегледала и оцјенила квалификоване понуде, те дала препорукуза додјелу уговора и поништењу одређеног броја лотова.

На основу препоруке Комисије, Директор Уговорног органа је 17.03.2016. године донио Одлуку о избору најповољнијег понуђача број: 10/015-219-44/16 и Одлуку о дјелимичном поништавању поступка број: 10/015-219-45/16. На наведене Одлуке, један понуђач је изјавио жалбу која је прихваћена Рјешењем Канцеларије за разматрање жалби БиХ број: УП2-01-07.1-176-6/16 од 13.07.2016. године и предмет је враћен на поновни поступак.

На састанку одржаном 30.09.2016. године Комисија је извршила поновни увид понуде свих понуђача и утврдила слиједеће:

Понуда понуђача **«WELLMEDIC» д.о.о. Градишка** није прихватљива из разлога што је овај понуђач на страни 289. своје понуде доставио изјаву да није нуђен мито и да нису учествовали у корупцијским радњама али не на начин како је прописано чланом 52. Закона о јавним набавкама и подзаконским актом.

Изјаву о испуњавању услова из члана 45. Закона о јавним набавкама је потписао Сениша Аџић у својству представника друштва али из достављеног Актуелног извода из судског регистра се види да је овлаштено лице за заступање Славко Дуњић. Да би достављена изјава била прихватљива, понуђач је био дужан доставити и посебно овлаштење за С.Аџића од стране законског заступника привредног друштва. Достављени каталог није у складу са захтјевима из тачке 7.2.1. Тендерске документације из разлога што на истом није јасно назначен број лота и ставке који се нуде већ је достављен запис да су кодови и шифре наведени за примјер.

Понуда понуђача **«ПРОМА» д.о.о. Сарајево** није прихватљива из разлога што је овај понуђач на странама 140 и 141 своје понуде доставио ауторизације произвођача ALTAYLAR и ASSUT MEDICAL SARL на енглеском језику без превода на један од службених језика у БиХ. На наведеним ауторизацијама није наведен назив робе на које се односи што је био захтјев тачке 7.2.1. Тендерске документације.

Понуда понуђача **«СО.MEDPROM» д.о.о. Бања Лука** није прихватљива из разлога што је овај понуђач на страни 147 своје понуде доставио Изјаву да произвођач ERGON SUTRAMED Италија нема у каталогу све кодове хируршких конаца тражених техничком спецификацијом, што је противно захтјеву из тачке 7.2.1. Тендерске документације у којој је захтјевано од понуђача да доставе каталог произвођача понуђене робе и на каталогу назначе број лота и ставке понуђене робе, осим за лотове број 1, 2, 3, 4, 8, 13, 19, 24, 25, 26, 49, 50, 67, 70, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 89, 92, 93, 94, 95 и 96 за које су достављени каталози и у истим означени бројеви.

Понуда овог понуђача није прихватљива ни из разлога што достављене ауторизације не садрже назив робе, а што је изричито захтјевано тачком 7.2.1. Тендерске документације.

Понуда понуђача **«АДРИАЛИНЕ» д.о.о. Бања Лука** није прихватљива из разлога што је овај понуђач на страни 2 своје понуде доставио копију којом директор Дарко Петровић даје овлаштење Бранкици Граорац да у његовој одсућности потписује сва документа предузећа, а чланом 58. став (1) под г) Закона о јавним набавкама је пописано да уколико понуду потписује овлаштено лице на основу пуномоћи, онда та пуномоћ мора бити приложена у оригиналу или овјереној копији.

Понуда понуђача **«MEDICOM» Бијељина** није прихватљива из разлога што су понуђене цијене веће од процјењених вриједности.

Имајући у виду горе наведено одлучено је као у диспозитиву Одлуке.

**Поука о правном лијеку:**

Сваки понуђач који има легитиман интерес за конкретни уговор о јавној набавци и који сматра да је Уговорни орган у току конкретног поступка додјеле уговора прекршио једну или више одредби Закона о јавним набавкама или подзаконских аката донесених на основу њега има право изјавити жалбу на поступак. Жалба се изјављује у писаној форми путем Уговорног органа у најмање 3 (три) примјерка у року од 10 дана од дана пријема Одлуке.

**Извршни директор  
Сектора за јавне набавке  
Мр Бранислав Зељковић**



**ДИРЕКТОР  
Мр Дарко Томаш**

