

**ФОНД ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА  
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ  
Бања Лука**

Број: 10/015-219-17/16

Датум: 10.02.2016. године

На основу члана 69. став (2) тачке а) д) и е), члана 70 став (1), (4) и (6) Закона о јавним набавкама («Службени гласник Босне и Херцеговине» број: 39/14) и члана 30. Статута Фонда здравственог осигурања Републике Српске («Службени гласник Републике Српске» број: 6/04, 19/05, 63/08, 64/09, 105/09, 119/11 и 113/14) и Правилника о јавним набавкама у Фонду здравственог осигурања Републике Српске број: 02/002-7193-11/15 од 07.12.2015. године, а на основу утврђене препоруке од стране Комисије за провођење отвореног поступка јавне набавке хируршких конаца, доносим

**ОДЛУКА**

о дјелимичном поништавању поступка

**I**

Поништава се дјелимично поступак јавне набавке хируршких конаца по отвореном поступку број: 10/3-015-8967/14, за доле наведене лотове:

• на основу Закона о јавним набавкама, члан 69. став (2) под а):

Лот 9: Koštani cement i vosak

Лот 10: Laneni konac na kalemu nesterilan

Лот 11: Liodura

Лот 14: Neresorptivni sintetski konac, dvije igle

Лот 15: Neresorptivni sintetski konac, jedna igla, 36,3/8

Лот 16: Omča za laparoskopске ligature i laparoskopски apendix

Лот 19: Poluresorptivna mrežica (polipropilen-poliglecaprone)

Лот 20: Polyamide monofilament, neresorptivan

Лот 21: Polypropylenska mrezica za Stres Inkontinenciju

Лот 24: Resorptivni multifilamentni konac

Лот 27: Set za tretman i prevenciju pritiska na rani u abdomenu,...

Лот 28: Set za retrakciju organa

Лот 29: Set za tretman parenhimnih organa, polyglycolic acid, ne-obloženi

Лот 31: Sintetičko ljepilo za vaskularne rekonstruktivne procedure

Лот 40: Sintetski ne resorptivni konac za kožu

Лот 42: Sintetski neresorptivni konac sa pledzetom

Лот 43: Sintetski ne resorptivni konac za kožu, kožna igla

Лот 48: Sintetski neresorptivni monofilamentni konac Polyuretanic Polyeter

Лот 53: Sintetski sporo resorptivni monofilamenti konac, taper cutting, 4/0 USP

Лот 55: Sintetski sporo resorptivni monofilamenti konac, taper cutting

Лот 60: Sintetski upredeni neresorptivni konac polyamid

Лот 61: Sintetski upredeni obloženi resorptivni konac

Лот 62: Sintetski upredeni obloženi sporo resorptivni konac

Лот 63: Sintetski upredeni resorptivni konac

Лот 65: Specifični hirurški set za epiziotomije, polyglycolid acid, obložen magnesium sterate, bež boje

Лот 66: Specijalni hirurški set za popustanje tenzije 90cm

Лот 67: Sporo resorptivni hirurški konac za ligaturu

Лот 68: Suturacioni flaster STERIL STRIP

Лот 69: Zicani Savni materijal Kirschner Wire

Лот 71: Hirurški resorptivni sintetski konac

Лот 78: Hemostatska tekuća želatina

Лот 83: Neresorptivni sintetski konac, jedna igla, 1, 150, okrugla, 70, 1/2

Лот 86: Neresorptivni sintetski konac, jedna igla, 2/0, 90, okrugla, 31, 1/2

Лот 87: Neresorptivni sintetski konac, jedna igla, 2/0, 20, visi black, 20, ski igla

Лот 88: Neresorptivni sintetski konac, jedna igla, 0, 75, kozna, 36, 3/8

Лот 89: Neresorptivni sintetski konac, jedna igla, 0, 75, kozna, 40, 3/8

- на основу Закона о јавним набавкама, члан 69. став (2) под д):

Лот 3: Hemostatska resorptivna mrežica velike gustoće – oksidirana regenerisana celuloza

Лот 5: Hirurški resorptivni konac polyglycolid acid, obložen glyconate ili polikaprolakton+kalcijum stearat resorpc. hidr,violet

Лот 13: Neresorptivni prirodni konac svila

Лот 17: Polipropilenska monofilamentna mrežica

Лот 22: Prirodni neresorptivni hirurški konac (svila)

Лот 23: Prirodni svileni neresorptivni konac, 3/8 kruga

Лот 25: Sintetski resorptivni (60-90 dana resorpcije) polimer glikolne kiseline

Лот 32: Sintetski monofilamentni brzo resorptivni hirurški konac

Лот 33: Sintetski monofilamentni konac

Лот 34: Sintetski monofilamentni konac vrijeme resorpcije 90-120 dana PGA

Лот 35: Sintetski monofilamentni konac vrijeme resorpcije 180-210 dana polydioxanone

Лот 36: Sintetski monofilamentni konac vrijeme resorpcije 60-90 dana

Лот 37: Sintetski monofilamentni konac vrijeme resorpcije 90-120 dana PGA ili 60-90 co caprolattone

Лот 44: Sintetski neresorptivni monofilamentni konac Polyamid

Лот 46: Sintetski neresorptivni monofilamentni konac Polypropylen

Лот 49: Sintetski neresorptivni monofilamentni konac Polyvinildenfluorid

Лот 51: Sintetski resorptivni monofilamentni konac PGA rapid

Лот 54: Sintetski sporo resorptivni monofilamenti konac polyglyconate

Лот 56: Sintetski sporo resorptivni monofilamenti konac polyglyconate, 1USP

Лот 59: Sintetski upredeni konac PGA vrijeme resorpcije 42 dana

Лот 76: Prirodni svileni konac neresorptivni

- на основу Закона о јавним набавкама, члан 69. став (2) под е):

Лот 1: Hemostatska resorptivna mrežica – oksidirana regenerisana celuloza

Лот 2: Hemostatska resorptivna mrežica u 7 slojeva – oksidirana regenerisana celuloza

Лот 6: Hirurški ne-resorptivni monofilamentni konac polyamid, ne-obložen

Лот 7: Kompozitna mrežica za ventralne kile

Лот 8: Konac-resorptivni za strabizme

Лот 12: Monofilamentni neresorptivni hirurški konac

Лот 13: Neresorptivni prirodni konac svila

Лот 17: Polipropilenska monofilamentna mrežica

Лот 18: Polipropilenska semiresorptivna samofiksirajuća mrežica, sa PLA resorptivnim kukicama

Лот 30: Silk

Лот 38: Sintetski monofilamentni neresorptivni konac polyamid

Лот 39: Sintetski monofilamentni sporo resorptivni hirurški konac

Лот 41: Sintetski neresorptivni konac polypropylen

Лот 45: Sintetski neresorptivni monofilamentni konac Polyester

Лот 47: Sintetski neresorptivni monofilamentni konac Polypropylen za kožu

Лот 52: Sintetski sporo resorptivni monofilamenti konac polyglyconate

Лот 54: Sintetski sporo resorptivni monofilamenti konac polyglyconate

Лот 56: Sintetski sporo resorptivni monofilamenti konac polyglyconate, 1USP

Лот 57: Sintetski spororesorptivni monofilamentni konac

Лот 64: Sintetski upredeni resorptivni konac vrijeme resorpcije 56-70 dana

Лот 70: Hirurški konac brzo resorptivni-RAPID

Лот 72: Hirurški neresorptivni multifilamentni konac polyamid, ne obložen, plavi ili crni

Лот 80: Neresorptivni sintetski konac, jedna igla, 0, 70, okrugla, 40, 1/2

Лот 81: Neresorptivni sintetski konac, jedna igla, 1, 90, okrugla, 36, 1/2

Лот 82: Neresorptivni sintetski konac, jedna igla, 1, 90, okrugla, 40, 1/2

Лот 84: Neresorptivni sintetski konac, jedna igla, 2/0, 70, okrugla, 26, 1/2

Лот 85: Neresorptivni sintetski konac, jedna igla, 2/0, 70, okrugla, 31, 1/2

Лот 90: Neresorptivni sintetski konac, jedna igla, 1, 90, kozna, 40, 3/8

Лот 91: Neresorptivni sintetski konac, jedna igla, 2, 90, kozna, 40, 3/8

Лот 92: Neresorptivni sintetski konac, jedna igla, 2/0, 75, kozna, 26, 3/8

Лот 93: Neresorptivni sintetski konac, jedna igla, 2/0, 75, kozna, 31, 3/8

Лот 94: Neresorptivni sintetski konac, jedna igla, 3/0, 75, kozna, 25, 3/8

Лот 95: Neresorptivni sintetski konac, jedna igla, 3/0, 75, kozna, 26, 3/8

Лот 96: Neresorptivni sintetski konac, jedna igla, 3/0, 75, kozna, 31, 3/8  
Лот 97: Neresorptivni sintetski konac, jedna igla, 4/0, 75, kozna, 18,7, 3/8  
Лот 98: Neresorptivni sintetski konac, jedna igla, 4/0, 75, kozna, 26, 3/8  
Лот 99: Neresorptivni sintetski konac, jedna igla, 5/0, 75, kozna, 16, 3/8  
Лот 100: Neresorptivni sintetski konac, jedna igla, 2/0, 75, okrugla, 25,9, 1/2

## II

О овој Одлуци обавјестиће се сви понуђачи у складу са чланом 71. став 1. Закона о јавним набавкама и исто ће бити објављено на веб страници Уговорног органа.

## III

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

### Образложење

Уговорни орган је 11.11.2014. године донио Рјешење о одобравању јавне набавке. Обавјештење о набавци је објављено у Службеном гласнику БиХ број: 273-1-1-3-3/14 од 12.01.2015. и исправку обавјештења бројеви: 273-1-1-1-8-4/14 и 273-1-1-1-8-7/14 у Службеном гласнику БиХ од 26.01., односно 16.02.2015. године.

Јавно отварање понуда одржано је 17.03.2015. године, након чега је Комисија за провођење поступка јавне набавке извршила преглед, оцјену и поређење понуда и дала препоруку Уговорном органу о додјели уговора.

Директор Уговорног органа је 04.05.2015. године донио Рјешење број: 10/3-015-8967-210/14 о поништавању поступка јавне набавке за лотове: 9,10,11,27,28,65,66,68 и 69 и Рјешење број: 10/3-015-8967-20/14 о избору најповољнијег понуђача.

Рјешавајући по изјављеним жалбама на Рјешење о избору најповољнијег понуђача број: 10/3-015-8967-20/14, Канцеларија за разматрање жалби је исто поништила за одређени број лотова и наложила да се изврши поновни преглед достављених понуда.

У поновном поступку прегледа понуда Комисија је утврдила да достављене понуде нису прихватљиве, те је предложено да се поступак набавке поништи.

На основу препоруке Комисије, Директор Уговорног органа је 14.09.2015. године донио Рјешење о поништавању поступка број: број: 10/3-015-8967-28/14.

Канцеларија за разматрање жалби Босне и Херцеговине је Рјешењем број: УП2-01-07.1-1378-13/15 од 30.12.2015. године поништила Рјешење о поништењу поступка број: 10/3-015-8967-28/14 од 14.09.2015. године и вратила предмет на поновни поступак.

Како би могао да изврши поновни преглед, а с обзиром да су опције понуда истекле за време обуставе поступка, понуђачима је упућен захтјев да уколико остају при својој понуди доставе писану изјаву да продужавају период важења своје понуде и продужену гаранцију за озбиљност понуде.

Писану изјаву о продужењу понуде и продужену банкарску гаранцију су доставили понуђачи:

- «ПРОМА» д.о.о. Сарајево
- «WELLMEDIC» д.о.о. Градишка
- «MEDICOM» д.о.о. Бијељина
- «СО.MEDPROM» д.о.о. Бања Лука
- «ADRIALINE» д.о.о. Бања Лука

Како понуђачи:

- «СТЕПМЕД» д.о.о. Бања Лука
- «СОРС» д.о.о. Бања Лука
- «MEDICALLUX» д.о.о. Тузла
- «КРАЈИНАДЕНТАЛ» д.о.о. Бања Лука

нису одговорили на захтјев за продужење понуде, те њихове понуде нису разматране у поновном поступку.

Приликом поновног прегледа понуда Комисија је уважавајући Рјешења Канцеларије за разматрање жалби БиХ број: УП2-01-07.1-623-11/15 и 10/3-015-8967-28/14 утврдила:

Понуда понуђача «WELLMEDIC» д.о.о. Градишка није прихватљива из разлога што је овај понуђач на страни 289. своје понуде доставио изјаву да није нуђен мито и да нису учествовали у корупцијским радњама али не на начин како је прописано чланом 52. Закона о јавним набавкама и подзаконским актом.

Изјаву о испуњавању услова из члана 45. Закона о јавним набавкама је потписао Сениша Аџић у својству представника друштва али из достављеног Актуелног извода из судског регистра се види да је овлаштено лице за заступање Славко Дуњић. Да би достављена изјава била прихватљива, понуђач је био дужан доставити и посебно овлаштење за С.Аџића од стране законског заступника привредног друштва. Достављени каталог није у складу са захтјевима из тачке 7.2.1. Тендерске документације из разлога што на истом није јасно назначен број лота и ставке који се нуде већ је достављен запис да су кодови и шифре наведени за примјер.

Понуда понуђача «**ПРОМА**» д.о.о. **Сарајево** није прихватљива из разлога што је овај понуђач на странама 140 и 141 своје понуде доставио ауторизације произвођача ALTAYLAR и ASSUT MEDICAL SARL на енглеском језику без превода на један од службених језика у БиХ. На наведеним ауторизацијама није наведен назив робе на које се односи што је био захтјев тачке 7.2.1. Тендерске документације.

Понуда понуђача «**СО.MEDPROM**» д.о.о. **Бања Лука** није прихватљива из разлога што је овај понуђач на страни 147 своје понуде доставио Изјаву да произвођач ERGON SUTRAMED Италија нема у каталогу све кодове хируршких конача тражених техничком спецификацијом, што је противно захтјеву из тачке 7.2.1. Тендерске документације у којој је захтјевано од понуђача да доставе каталог произвођача понуђене робе и на каталогу назначе број лота и ставке понуђене робе.

Понуђачи MEDICOM д.о.о. Бијељина и ADRIALINE д.о.о. Б.Лука су припремили своје понуде на начин како је прописано Тендерском документацијом.

За лотове:

- 9 - Koštani cement i vosak
- 10 - Laneni konac na kalemu nesterilan
- 11 - Liodura
- 14 - Neresorptivni sintetski konac, dvije igle
- 15 - Neresorptivni sintetski konac, jedna igla, 36,3/8
- 16 - Omča za laparoskopске ligature i laparoskopски apendix
- 19 - Poluresorptivna mrežica (polipropilen-poliglecaprone)
- 20 - Polyamide monofilament, neresorptivan
- 21 - Polypropylenska mrežica za Stres Inkontinenciju
- 24 - Resorptivni multifilamentni konac
- 27 - Set za tretman i prevenciju pritiska na rani u abdomenu,...
- 28 - Set za retrakciju organa
- 29 - Set za tretman parenhimnih organa, polyglycolic acid, ne-obloženi
- 31 - Sintetičko lje pilo za vaskularne rekonstruktivne procedure
- 40 - Sintetski ne resorptivni konac za kožu
- 42 - Sintetski neresorptivni konac sa pledzetom
- 43 - Sintetski ne resorptivni konac za kožu, kožna igla
- 48 - Sintetski neresorptivni monofilamentni konac Polyuretanic Polyeter
- 53 - Sintetski sporo resorptivni monofilamenti konac, taper cutting, 4/0 USP
- 55 - Sintetski sporo resorptivni monofilamenti konac, taper cutting
- 60 - Sintetski upredeni neresorptivni konac polyamid
- 61 - Sintetski upredeni obloženi resorptivni konac
- 62 - Sintetski upredeni obloženi sporo resorptivni konac
- 63 - Sintetski upredeni resorptivni konac
- 65 - Specifični hirurški set za epiziotomije, polyglycolid acid, obložen magnesium sterate, bež boje
- 66 - Specijalni hirurški set za popustanje tenzije 90cm
- 67 - Sporo resorptivni hirurški konac za ligaturu
- 68 - Suturacioni flaster STERIL STRIP
- 69 - Zicani Savni materijal Kirschner Wire
- 71 - Hirurški resorptivni sintetski konac
- 78 - Hemostatska tekuća želatina
- 83 - Neresorptivni sintetski konac, jedna igla, 1, 150, okrugla, 70, 1/2
- 86 - Neresorptivni sintetski konac, jedna igla, 2/0, 90, okrugla, 31, 1/2
- 87 - Neresorptivni sintetski konac, jedna igla, 2/0, 20, visi black, 20, ski igla
- 88 - Neresorptivni sintetski konac, jedna igla, 0, 75, kozna, 36, 3/8
- 89 - Neresorptivni sintetski konac, jedna igla, 0, 75, kozna, 40, 3/8

није пристигла нити једна понуда, односно понуђачи нису продужили своје понуде.

Прије него је извршена оцјена квалификаованих понуда по критеријуму најниже цијене, Комисија је упоредила понуђене вриједности и процјењене вриједности по лоту и утврдила да је за доле наведене лотове цијена прихватљивих понуда већа од обезбјеђених средстава за предметну набавку:

**Лот 1: Hemostatska resorptivna mrežica – oksidirana regenerisana celuloza**

Вриједност понуде понуђача ADRIALINE д.о.о. је 95.667,00, а процјењена вриједност 90.805.

**Лот 2: Hemostatska resorptivna mrežica u 7 slojeva – oksidirana regenerisana celuloza**

Вриједност понуде понуђача ADRIALINE д.о.о. је 49.010,00 а процјењена вриједност 34.200.

**Лот 6: Hirurški ne-resorptivni monofilamentni konac polyamid, ne-obložen**

Вриједност понуде понуђача ADRIALINE д.о.о. је 99.657,70, а процјењена вриједност 59.600.

**Лот 7: Kompozitna mrežica za ventralne kile**

Вриједност понуде понуђача ADRIALINE д.о.о. је 111.496,53, а процјењена вриједност 105.900.

**Лот 8: Konac-resorptivni za strabizme**

Вриједност понуде понуђача ADRIALINE д.о.о. је 12.464,82, а процјењена вриједност 9.500.

**Лот 12: Monofilamentni neresorptivni hirurški konac**

Вриједност понуде понуђача ADRIALINE д.о.о. је 3.377,00, а процјењена вриједност 1.400.

**Лот 13: Neresorptivni prirodni konac svila**

Вриједност понуде понуђача MEDICOM д.о.о. је 20.031,57, а процјењена вриједност 14.700.

**Лот 17: Polipropilenska monofilamentna mrežica**

Вриједност понуде понуђача MEDICOM д.о.о. је 144.653,21, а процјењена вриједност 137.400.

**Лот 18: Polipropilenska semiresorptivna samofiksirajuća mrežica, sa PLA resorptivnim kukicama**

Вриједност понуде понуђача ADRIALINE д.о.о. је 25.022,22, а процјењена вриједност 23.700.

**Лот 30: Silk**

Вриједност понуде понуђача ADRIALINE д.о.о. је 4.070,00, а процјењена вриједност 4.000.

**Лот 38: Sintetski monofilamentni neresorptivni konac polyamid**

Вриједност понуде понуђача ADRIALINE д.о.о. је 31.551,10, а процјењена вриједност 26.700.

**Лот 39: Sintetski monofilamentni sporo resorptivni hirurški konac**

Вриједност понуде понуђача ADRIALINE д.о.о. је 870,00, а процјењена вриједност 700.

**Лот 41: Sintetski neresorptivni konac polypropylen**

Вриједност понуде понуђача ADRIALINE д.о.о. је 10.786,50, а процјењена вриједност 4.300.

**Лот 45: Sintetski neresorptivni monofilamentni konac Polyester**

Вриједност понуде понуђача ADRIALINE д.о.о. је 6.240,00, а процјењена вриједност 300.

**Лот 47: Sintetski neresorptivni monofilamentni konac Polypropylen za kožu**

Вриједност понуде понуђача ADRIALINE д.о.о. је 34.930,50, а процјењена вриједност 15.000.

**Лот 52: Sintetski sporo resorptivni monofilamenti konac polyglyconate**

Вриједност понуде понуђача ADRIALINE д.о.о. је 21.709,20, вриједност понуде понуђача MEDICOM д.о.о. је 36.823,36 а процјењена вриједност 19.000.

**Лот 54: Sintetski sporo resorptivni monofilamenti konac polyglyconate**

Вриједност понуде понуђача MEDICOM д.о.о. је 767,01 а процјењена вриједност 500.

**Лот 56: Sintetski sporo resorptivni monofilamenti konac polyglyconate, 1USP**

Вриједност понуде понуђача MEDICOM д.о.о. је 851,54 а процјењена вриједност 800.

**Лот 57: Sintetski sporesorptivni monofilamentni konac**

Вриједност понуде понуђача ADRIALINE д.о.о. је 11.807,20, а процјењена вриједност 10.500.

**Лот 64: Sintetski upredeni resorptivni konac vrijeme resorpcije 56-70 dana**

Вриједност понуде понуђача MEDICOM д.о.о. је 10.907,27 а процјењена вриједност 5.700.

**Лот 70: Hirurški konac brzo resorptivni-RAPID**

Вриједност понуде понуђача ADRIALINE д.о.о. је 585,00, а процјењена вриједност 400.

**Лот 72: Hirurški neresorptivni multifilamentni konac polyamid, ne obložen, plavi ili crni**  
Вриједност понуде понуђача ADRIALINE д.о.о. је 1.728,00, а процјењена вриједност 1.700.

**Лот 80: Neresorptivni sintetski konac, jedna igla, 0, 70, okrugla, 40, 1/2**  
Вриједност понуде понуђача ADRIALINE д.о.о. је 1.296,00, а процјењена вриједност 600.

**Лот 81: Neresorptivni sintetski konac, jedna igla, 1, 90, okrugla, 36, 1/2**  
Вриједност понуде понуђача ADRIALINE д.о.о. је 1.734,00, а процјењена вриједност 700.

**Лот 82: Neresorptivni sintetski konac, jedna igla, 1, 90, okrugla, 40, 1/2**  
Вриједност понуде понуђача ADRIALINE д.о.о. је 2.692,80, а процјењена вриједност 1.100.

**Лот 84: Neresorptivni sintetski konac, jedna igla, 2/0, 70, okrugla, 26, 1/2**  
Вриједност понуде понуђача ADRIALINE д.о.о. је 3.753,00, а процјењена вриједност 1.900.

**Лот 85: Neresorptivni sintetski konac, jedna igla, 2/0, 70, okrugla, 31, 1/2**  
Вриједност понуде понуђача ADRIALINE д.о.о. је 2.880,00, а процјењена вриједност 1.600.

**Лот 90: Neresorptivni sintetski konac, jedna igla, 1, 90, kozna, 40, 3/8**  
Вриједност понуде понуђача ADRIALINE д.о.о. је 11.600, а процјењена вриједност 4.000.

**Лот 91: Neresorptivni sintetski konac, jedna igla, 2, 90, kozna, 40, 3/8**  
Вриједност понуде понуђача ADRIALINE д.о.о. је 11.448,00, а процјењена вриједност 2.900.

**Лот 92: Neresorptivni sintetski konac, jedna igla, 2/0, 75, kozna, 26, 3/8**  
Вриједност понуде понуђача ADRIALINE д.о.о. је 7.337,00, а процјењена вриједност 4.500.

**Лот 93: Neresorptivni sintetski konac, jedna igla, 2/0, 75, kozna, 31, 3/8**  
Вриједност понуде понуђача ADRIALINE д.о.о. је 13.377,60, а процјењена вриједност 3.868.

**Лот 94: Neresorptivni sintetski konac, jedna igla, 3/0, 75, kozna, 25, 3/8**  
Вриједност понуде понуђача ADRIALINE д.о.о. је 1.403,00, а процјењена вриједност 840.

**Лот 95: Neresorptivni sintetski konac, jedna igla, 3/0, 75, kozna, 26, 3/8**  
Вриједност понуде понуђача ADRIALINE д.о.о. је 4.679,70, а процјењена вриједност 3.400.

**Лот 96: Neresorptivni sintetski konac, jedna igla, 3/0, 75, kozna, 31, 3/8**  
Вриједност понуде понуђача ADRIALINE д.о.о. је 5.470,00, а процјењена вриједност 3.000.

**Лот 97: Neresorptivni sintetski konac, jedna igla, 4/0, 75, kozna, 18,7, 3/8**  
Вриједност понуде понуђача ADRIALINE д.о.о. је 1.431,40, а процјењена вриједност 600.

**Лот 98: Neresorptivni sintetski konac, jedna igla, 4/0, 75, kozna, 26, 3/8**  
Вриједност понуде понуђача ADRIALINE д.о.о. је 4.832,00, а процјењена вриједност 2.000.

**Лот 99: Neresorptivni sintetski konac, jedna igla, 5/0, 75, kozna, 16, 3/8**  
Вриједност понуде понуђача ADRIALINE д.о.о. је 1.337,60, а процјењена вриједност 600.

**Лот 100: Neresorptivni sintetski konac, jedna igla, 2/0, 75, okrugla, 25,9, 1/2**  
Вриједност понуде понуђача ADRIALINE д.о.о. је 270,00, а процјењена вриједност 150.

Након прегледа достављених докумената, каталога произвођача и узорака, утврђено је:

**Лот 3: Hemostatska resorptivna mrežica velike gustoće – oksidirana regenerisana celuloza**  
Понуђач ADRIALINE је за ставку 1 понудио мрежицу димензија 15 × 23 cm, а тражено је 15 × 20 cm. Овај понуђач, такође није доставио тражени узорак.  
Понуда понуђача ADRIALINE је одбачена као неприхватљива.

**Лот 5: Hirurški resorptivni konac polyglycolid acid, obložen glyconate ili polikaprolakton+kalcijum stearat resorpc. hidr,violet**  
Понуђач ADRIALINE није у достављеном каталогу произвођача (према Анкексу 4: Образац за цијену понуде, ова ставка би требало да се налази у дијелу каталога G-4) означио ставку 1, а што је тражено тачком 5.7.1. Тендерске документације. Његова понуда је одбачена као неприхватљива.

**Лот 13: Neresorptivni prirodni konac svila**

Понуда ADRIALINE није у складу са техничким захтјевима из слиједећих разлога:

Ставка 1: закривљеност игле 1/2, а тражено је 3/8.

Понуда понуђача ADRIALINE је одбачена као неприхватљива.

**Лот 17: Polipropilenska monofilamentna mrežica**

Понуђач ADRIALINE је на страни 140 своје понуде доставио Рјешење Агенције за лијекове и медицинска средства БиХ број: 06-07.27-4244-2/13 од 18.03.2014. године и у табеларном прилогу који чини његов саставни дио нису наведене ставке 3,4,5,6,8 и 9, односно кодови који су у каталогу означени да припадају овим ставкама: А3-6Х11, А3-30Х30, А29-8Х15, А29-30Х30, А1-25Х35, А1-25Х35.

Како је Измјеном тендерске документације од 06.02.2015. године избрисана Напомена тачке 7.2.1. по којој су биле прихватљиве и нерегистроване понуде, то је Комисија одбацила ову понуду као неприхватљиву.

**Лот 22: Prirodni neresorptivni hiruski konac (svila)**

Понуда ADRIALINE није у складу са техничким захтјевима из слиједећих разлога:

Ставка 1: дужина конца 75 cm, а тражено је 45 cm, односно одступање је веће од дозвољених  $\pm 5\%$  (2,25 cm), тип игле није reverse cutting као што је тражено.

Ставка 2: понуђени конач је са једном иглом, а не са двије као што је тражено.

Ставка 3: дужина конца 180 cm, а тражено је 100 cm, односно одступање је веће од дозвољених  $\pm 5\%$  (5 cm).

Понуда понуђача ADRIALINE је одбачена као неприхватљива.

**Лот 23: Prirodni svileni neresorptivni konac, 3/8 kruga**

Понуда ADRIALINE није у складу са техничким захтјевима из слиједећих разлога:

Ставка 3: закривљеност игле 1/2, а тражено је 3/8.

Понуда понуђача ADRIALINE је одбачена као неприхватљива.

**Лот 25: Sintetski resorptivni (60-90 dana resorpcije) polimer glikolne kiseline**

Понуда ADRIALINE није у складу са техничким захтјевима из слиједећих разлога:

Ставке 2, 3, 4 и 5: дужина конца 75 cm, а тражено је 70 cm, односно одступање је веће од дозвољених  $\pm 5\%$  (3,5 cm).

Понуда понуђача ADRIALINE је одбачена као неприхватљива.

**Лот 32: Sintetski monofilamentni brzo resorptivni hirurški konac**

Понуда ADRIALINE није у складу са техничким захтјевима из слиједећих разлога:

Ставка 2: дужина конца 75 cm, а тражено је 45 cm, односно одступање је веће од дозвољених  $\pm 5\%$  (2,25 cm).

Понуда понуђача ADRIALINE је одбачена као неприхватљива.

**Лот 33: Sintetski monofilamentni konac**

Понуда ADRIALINE није у складу са техничким захтјевима из слиједећих разлога:

Ставка 2: дужина конца 150 cm, а тражено је 130 cm, односно одступање је веће од дозвољених  $\pm 5\%$  (6,5 cm), понуђени конач је без игле, а тражена је једна игла, округла, 1/2, 31 mm.

Понуда понуђача ADRIALINE је одбачена као неприхватљива.

**Лот 34: Sintetski monofilamentni konac vrijeme resorpcije 90-120 dana PGA**

Понуда ADRIALINE није у складу са техничким захтјевима из слиједећих разлога:

Ставка 1: величина игле 35 mm, а тражено је 37 mm, односно одступање је веће од дозвољених  $\pm 5\%$  (1,85 mm).

Ставка 4: дужина конца 60 cm, а тражено је 75 cm, односно одступање је веће од дозвољених  $\pm 5\%$  (3,75 cm)

Понуда понуђача ADRIALINE је одбачена као неприхватљива.

**Лот 35: Sintetski monofilamentni konac vrijeme resorpcije 180-210 dana polydioxanone**

Понуда ADRIALINE није у складу са техничким захтјевима из слиједећих разлога:

Ставке 5 и 6: дужина конца 75 cm, а тражено је 70 cm, односно одступање је веће од дозвољених  $\pm 5\%$  (3,5 cm). Величина игле 25 mm, а тражено је 26,7 mm, односно одступање је веће од дозвољених  $\pm 5\%$  (1,33 mm).

Понуда понуђача ADRIALINE је одбачена као неприхватљива.

**Лот 36: Sintetski monofilamentni konac vrijeme resorpcije 60-90 dana**

Понуда ADRIALINE није у складу са техничким захтјевима из слиједећих разлога:

Понуда ADRIALINE није у складу са техничким захтјевима из слиједећих разлога:

Ставка 2: величина игле 20 mm, а тражено је 22 mm, односно одступање је веће од дозвољених  $\pm 5\%$  (1,1 mm).

Ставка 3: дужина конца 75 cm, а тражено је 70 cm, односно одступање је веће од дозвољених  $\pm 5\%$  (3,5 cm).

Ставка 4: величина игле 16 mm, а тражено је 17 mm, односно одступање је веће од дозвољених  $\pm 5\%$  (0,85 mm).

Понуда понуђача ADRIALINE је одбачена као неприхватљива.

**Лот 37: Sintetski monofilamentni konac vrijeme resorpcije 90-120 dana PGA ili 60-90 co caprolattone**

Понуда ADRIALINE није у складу са техничким захтјевима из слиједећих разлога:

Ставке 1, 12, 24: дужина конца 75 cm, а тражено је 70 cm, односно одступање је веће од дозвољених  $\pm 5\%$  (3,5 cm).

Ставка 2: дужина конца 75 cm, а тражено је 70 cm, односно одступање је веће од дозвољених  $\pm 5\%$  (3,5 cm). Величина игле 26 mm, а тражено је 24 mm, односно одступање је веће од дозвољених  $\pm 5\%$  (1,2 mm).

Ставка 3: величина игле 26 mm, а тражено је 24 mm, односно одступање је веће од дозвољених  $\pm 5\%$  (1,2 mm).

Ставке 4, 5, 6: дужина конца 45 cm, а тражено је 75 cm, односно одступање је веће од дозвољених  $\pm 5\%$  (3,75 cm).

Ставка 9: величина игле 35 mm, а тражено је 37 mm, односно одступање је веће од дозвољених  $\pm 5\%$  (1,85 mm).

Ставка 10: величина игле 40 mm, а тражено је 37 mm, односно одступање је веће од дозвољених  $\pm 5\%$  (1,85 mm).

Ставка 11: дужина конца 75 cm, а тражено је 90 cm, односно одступање је веће од дозвољених  $\pm 5\%$  (4,5 cm).

Ставке 16, 17: дужина конца 75 cm, а тражено је 90 cm, односно одступање је веће од дозвољених  $\pm 5\%$ . Закривљеност игле 3/8, а тражено је 1/2.

Ставка 23: величина игле 20 mm, а тражено је 22 mm, односно одступање је веће од дозвољених  $\pm 5\%$  (1,1 mm).

Понуда понуђача ADRIALINE је одбачена као неприхватљива.

**Лот 44: Sintetski neresorptivni monofilamentni konac Polyamid**

Понуда ADRIALINE није у складу са техничким захтјевима из слиједећих разлога:

Ставка 6: дужина конца 100 cm, а тражено је 90 cm, односно одступање је веће од дозвољених  $\pm 5\%$  (4,5 cm).

Ставке 7, 8, 13, 17: дужина конца 75 cm, а тражено је 70 cm, односно одступање је веће од дозвољених  $\pm 5\%$  (3,5 cm).

Понуда понуђача ADRIALINE је одбачена као неприхватљива.

**Лот 46: Sintetski neresorptivni monofilamentni konac Polypropylen**

Понуда ADRIALINE није у складу са техничким захтјевима из слиједећих разлога:

Ставка 2: дужина конца 100 cm, а тражено је 75 cm, односно одступање је веће од дозвољених  $\pm 5\%$  (3,75 cm).

Ставка 3: величина игле 20 mm, а тражено је 22 mm, односно одступање је веће од дозвољених  $\pm 5\%$  (1,1 mm).

Ставка 4: дужина конца 75 cm, а тражено је 45 cm, односно одступање је веће од дозвољених  $\pm 5\%$  (2,25 cm).

Понуда понуђача ADRIALINE је одбачена као неприхватљива.

**Лот 49: Sintetski neresorptivni monofilamentni konac Polyvinildenfluorid**

Понуда ADRIALINE није у складу са техничким захтјевима из слиједећих разлога:

Ставке 1, 2, 3, 4: дужина конца 100 cm, а тражено је 75 cm, односно одступање је веће од дозвољених  $\pm 5\%$  (3,75 cm).

Ставка 7: величина игле 20 mm, а тражено је 22 mm, односно одступање је веће од дозвољених  $\pm 5\%$  (1,1 mm).

Ставка 8: величина игле 16 mm, а тражено је 17,4 mm, односно одступање је веће од дозвољених  $\pm 5\%$  (0,87 mm).



Ставка 9: дужина конца 60 cm, а тражено је 75 cm, односно одступање је веће од дозвољених  $\pm 5\%$  (3,75 cm). Закривљеност огле 3/8, а тражено је 1/2.

Ставка 10: дужина конца 75 cm, а тражено је 45 cm, односно одступање је веће од дозвољених  $\pm 5\%$  (2,25 cm).

Ставка 11: дужина конца 75 cm, а тражено је 45 cm, односно одступање је веће од дозвољених  $\pm 5\%$  (2,25 cm). Величина игле 26 mm, а тражено је 24 mm, односно одступање је веће од дозвољених  $\pm 5\%$  (1,2 mm).

Понуда понуђача ADRIALINE је одбачена као неприхватљива.

**Лот 51: Sintetski resorptivni monofilamentni konac PGA rapid**

Понуда ADRIALINE није у складу са техничким захтјевима из слиједећих разлога:

Ставка 2: Дебљина конца 2/0, тражено је 3/0 UPS.

Понуда понуђача ADRIALINE је одбачена као неприхватљива.

**Лот 54: Sintetski sporo resorptivni monofilamenti konac polyglyconate**

Понуда ADRIALINE није у складу са техничким захтјевима из слиједећих разлога:

Ставка 1: величина игле 40 mm, а тражено је 37 mm, односно одступање је веће од дозвољених  $\pm 5\%$  (1,85 mm).

Понуда понуђача ADRIALINE је одбачена као неприхватљива.

**Лот 56: Sintetski sporo resorptivni monofilamenti konac polyglyconate, 1USP**

Понуда ADRIALINE није у складу са техничким захтјевима из слиједећих разлога:

Ставка 1: величина игле 40 mm, а тражено је 37 mm, односно одступање је веће од дозвољених  $\pm 5\%$  (1,85 mm).

Понуда понуђача ADRIALINE је одбачена као неприхватљива.

**Лот 59: Sintetski upredeni konac PGA vrijeme resorpcije 42 dana**

Понуда ADRIALINE није у складу са техничким захтјевима из слиједећих разлога:

Ставке 2, 10: величина игле 35 mm, а тражено је 37 mm, односно одступање је веће од дозвољених  $\pm 5\%$  (1,85 mm).

Ставке 4, 7: Закривљеност игле 3/8, а тражено је 1/2.

Ставка 5: величина игле 26 mm, а тражено је 24 mm, односно одступање је веће од дозвољених  $\pm 5\%$  (1,25 mm).

Ставка 6: дебљина конца 3/0, тражено је 4/0 UPS.

Ставка 8: дужина конца 75 cm, а тражено је 60 cm, односно одступање је веће од дозвољених  $\pm 5\%$  (3cm).

Ставка 9: величина игле 13 mm, а тражено је 11 mm, односно одступање је веће од дозвољених  $\pm 5\%$  (0,55 mm).

Понуда понуђача ADRIALINE је одбачена као неприхватљива.

**Лот 76: Prirodni svileni konac neresorptivni**

Понуда ADRIALINE није у складу са техничким захтјевима из слиједећих разлога:

Ставка 1: величина игле 25 mm, а тражено је 22 mm, односно одступање је веће од дозвољених  $\pm 5\%$  (1,1 mm). Закривљеност игле 3/8, а тражено је 1/2.

Понуда понуђача ADRIALINE је одбачена као неприхватљива.

Даље је одлучено како слиједи:

**Лот 4: Hemostatska resorptivna želatinozna spužvica 1x1x1cm**

Понуда понуђача ADRIALINE је у складу са траженим захтјевима, те је извршена оцјена како слиједи:

| ПОНУЂАЧ                      | ПРОИЗВОЂАЧ | ЦИЈЕНА са ПДВ-ом | Ранг |
|------------------------------|------------|------------------|------|
| «ADRIALINE» д.о.о. Бања Лука | MDD        | 1.563,1200       | 1    |

**Лот 26: Sintetski upredeni neresorptivni poliesterski konac obložen silikonom za ligature, zeleni, sterilan**

Понуда понуђача ADRIALINE је у складу са траженим захтјевима, те је извршена оцјена како слиједи:

| ПОНУЂАЧ                      | ПРОИЗВОЂАЧ | ЦИЈЕНА са ПДВ-ом | Ранг |
|------------------------------|------------|------------------|------|
| «ADRIALINE» д.о.о. Бања Лука | Dogsan     | 44.717,4000      | 1    |

**Лот 50: Sintetski neresorptivni monofilamentni konac Polyamid, 18-24mm**

Понуда понуђача ADRIALINE је у складу са траженим захтјевима, те је извршена оцјена како слиједи:

| ПОНУЂАЧ                      | ПРОИЗВОЂАЧ | ЦИЈЕНА са ПДВ-ом | Ранг |
|------------------------------|------------|------------------|------|
| «ADRIALINE» д.о.о. Бања Лука | Dogsan     | 3.931,2000       | 1    |

**Лот 58: Sintetski upredeni konac PGA**

Понуда понуђача ADRIALINE је у складу са траженим захтјевима, те је извршена оцјена како слиједи:

| ПОНУЂАЧ                      | ПРОИЗВОЂАЧ | ЦИЈЕНА са ПДВ-ом | Ранг |
|------------------------------|------------|------------------|------|
| «ADRIALINE» д.о.о. Бања Лука | Dogsan     | 146.029,00       | 1    |

**Лот 64: Sintetski upredeni resorptivni konac vrijeme resorpcije 56-70 dana**

Понуда понуђача ADRIALINE је у складу са траженим захтјевима, те је извршена оцјена како слиједи:

| ПОНУЂАЧ                      | ПРОИЗВОЂАЧ | ЦИЈЕНА са ПДВ-ом | Ранг |
|------------------------------|------------|------------------|------|
| «ADRIALINE» д.о.о. Бања Лука | Dogsan     | 6.329,7000       | 1    |

**Лот 73: Hirurški konac neresorptivni silk-za ligature**

Понуда понуђача ADRIALINE је у складу са траженим захтјевима, те је извршена оцјена како слиједи:

| ПОНУЂАЧ                      | ПРОИЗВОЂАЧ | ЦИЈЕНА са ПДВ-ом | Ранг |
|------------------------------|------------|------------------|------|
| «ADRIALINE» д.о.о. Бања Лука | Dogsan     | 32.857,20        | 1    |

**Лот 74: Hirurški neresorptivni konac silk**

Понуда понуђача ADRIALINE је у складу са траженим захтјевима, те је извршена оцјена како слиједи:

| ПОНУЂАЧ                      | ПРОИЗВОЂАЧ | ЦИЈЕНА са ПДВ-ом | Ранг |
|------------------------------|------------|------------------|------|
| «ADRIALINE» д.о.о. Бања Лука | Dogsan     | 252,7200         | 1    |

**Лот 75: Polipropilenska monofilamentna mrežica 15x15, veličina pore 1,7x1,7**

Понуда понуђача ADRIALINE је у складу са траженим захтјевима, те је извршена оцјена како слиједи:

| ПОНУЂАЧ                      | ПРОИЗВОЂАЧ  | ЦИЈЕНА са ПДВ-ом | Ранг |
|------------------------------|-------------|------------------|------|
| «ADRIALINE» д.о.о. Бања Лука | Angiologica | 7.792,2000       | 1    |

**Лот 77: Hemostatska resorptivna želatinozna spužvica 7x5x1 cm**

Понуда понуђача ADRIALINE је у складу са траженим захтјевима, те је извршена оцјена како слиједи:

| ПОНУЂАЧ                      | ПРОИЗВОЂАЧ | ЦИЈЕНА са ПДВ-ом | Ранг |
|------------------------------|------------|------------------|------|
| «ADRIALINE» д.о.о. Бања Лука | MDD        | 5.462,7300       | 1    |

**Лот 79: Hemostatski želatinozni puder**

Понуда понуђача ADRIALINE је у складу са траженим захтјевима, те је извршена оцјена како слиједи:


| ПОНУЂАЧ                      | ПРОИЗВОЂАЧ | ЦИЈЕНА са ПДВ-ом | Ранг |
|------------------------------|------------|------------------|------|
| «ADRIALINE» д.о.о. Бања Лука | MDD        | 2.808,0000       | 1    |

Имајући у виду горе наведено одлучено је као у диспозитиву Одлуке.

**Поука о правном лијеку:**

Сваки понуђач који има легитиман интерес за конкретни уговор о јавној набавци и који сматра да је Уговорни орган у току конкретног поступка додјеле уговора прекршио једну или више одредби Закона о јавним набавкама или подзаконских аката донесених на основу њега има право изјавити жалбу на поступак. Жалба се изјављује у писаној форми путем Уговорног органа у најмање 3 (три) примјерка у року од 10 дана од дана пријема Одлуке.

Извршни директор Сектора за уговарање  
здравствених услуга и јавне набавке  
Мр Раде Блазијевић



ДИРЕКТОР  
Мр Дарко Томаш

