



Број: 10/3-015-341-2/15
Датум: 20.01.2015. године

Предмет: Појашњење Тендерске документације број: 10/3-014-8967/14

Поштовани,

Везано за Тендерску документацију за набавку хируршких конаца број: 10/3-014-8967/14 дајемо слиједеће појашњење:

Питање: Лот 12 Монофиламентни нересорптивни хируршки конац: да ли се мисли на nylon, polypropylen или polyester тип конца – наведени називи су генерички?

Одговор: NYLON

Питање: Лот 14 Нересорптивни синтетски конац: да ли се тражи монофиламент или мултифиламент и која је врста конаца (свила, nylon, polypropylen или polyester)?

Одговор: Ради се о монофиламентном концу, nylon, са равном иглом. Техничка грешка у колони закривљеност игле: ријеч «округла» се брише.

Питање: Лот 15 Нересорптивни синтетски конац: да ли се тражи монофиламент или мултифиламент и која је врста конаца (свила, nylon, polypropylen или polyester)?

Одговор: NYLON

Питање: Лот 42 Синтетски нересорптивни конац за кожу: да ли се тражи монофиламент или мултифиламент и која је врста конаца (свила, nylon, polypropylen или polyester)?

Одговор: Ради се о монофиламентном концу за кожу. Прихватљиве врсте конца су nylon, polypropylen и polyamid.

Питање: Лот 45 Синтетски нересорптивни конац за кожу: да ли се тражи монофиламент или мултифиламент и која је врста конаца (свила, nylon, polypropylen или polyester)?

Одговор: Ради се о монофиламентном концу за кожу. Прихватљиве врсте конца су nylon, polypropylen и polyamid.

Због наведене измјене Тендерске документације број: 10/3-015-8967/14 продужава се крајњи рок за доставу понуда. Рок за достављање понуда истиче **18.02.2015. године у 12:00 часова**, а јавно отварање ће се одржати истог дана са почетком у 12:30 часова

С поштовањем,

Извршни директор Сектора за уговарање
здравствених услуга и јавне набавке

Бранкица Бабић, дипл.економиста

Branckica Babic



ДИРЕКТОР

Мр Дарко Томаш

D. Tomash