

**Фонд здравственог осигурања  
Републике Српске  
Бања Лука**

Број: 10/015-52-7/16  
Дана: 15.01.2016. године

На основу члана 69. став (2) тачка д), члана 70 став (1), (4) и (6) Закона о јавним набавкама («Службени гласник Босне и Херцеговине» број: 39/14) и члана 30. Статута Фонда здравственог осигурања Републике Српске («Службени гласник Републике Српске» број: 6/04, 19/05, 63/08, 64/09, 105/09, 119/11 и 113/14) и члана 23. Правилника о јавним набавкама у Фонду здравственог осигурања Републике Српске, број: 02/002-7193-11/15 од 07.12.2015. године, а на основу утврђене препоруке од стране Комисије за провођење Конкурентског захтјева јавне набавке медицинских средстава – 2 (два) апарата за неинвазивну вентилацију, доносим

**ОДЛУКУ**

о поништавању поступка набавке

**I**

Ставља се ван снаге Одлука о избору најповољнијег понуђача број: 10/015-7510-22/15 у дијелу који се односи на Лот 2.

**II**

Поништава се поступак набавке медицинских средстава – 2 (два) апарата за неинвазивну вентилацију, Лот 2, из разлога што није пристигла нити једна прихватљива понуда, а у складу са чланом 69. став 2 под д) Закона о јавним набавкама.

**III**

О овој Одлуци обавјестиће се сви понуђачи у складу са чланом 71. став 1. Закона о јавним набавкама и иста ће бити објављена на сајту Уговорног органа.

**IV**

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

**Образложење**

Уговорни орган је дана 29.12.2015. године донио Одлуку о избору најповољнијег понуђача број: 10/015-7510-22/15 којом је уговор додјељен понуђачу Ђаковић д.о.о. Бања Лука за Лотове 1 и 2. Након пријема наведене Одлуке увид у документацију су извршили представници понуђача Wellmedic д.о.о. Градишка и Бањалукафарм-плус д.о.о. Бања Лука. Понуђач Бањалукафарм-плус д.о.о. Бања Лука је изјавио Жалбу која је запримљена на протоколу Уговорног органа дана 13.01.2016. године и која се односи на додјелу уговора за Лот 2. У истој је овај понуђач истакао да понуђена медицинска средства понуђача Ђаковић д.о.о. Бања Лука и Wellmedic д.о.о. Градишка не задовољавају прописану техничку спецификацију. Како је понуђач Ђаковић д.о.о. Бања Лука у својој понуди навео техничку спецификацију која у потпуности испуњава тражене захтјеве и на основу које је првобитно његова понуда била прихваћена. Комисија је упутила овом понуђачу захтјев да се изјасни о наводима из жалбе, а узимајући у обзир оригинални каталог понуђача Breas преузет са његовог сајта. Понуђач Ђаковић д.о.о. Бања Лука је потврдио Донисом број: 1-023/2016/Д од 15.01.2016. године да његова понуда за Лот 2 не одговара траженој спецификацији у слиједећим карактеристикама:

- Могућност рада са пацијентима испод 5 kg
- SIMV режим
- Vt од 50-2000 ml
- Фреквенција дисања 2-60 BPM
- Аутоматску осјетљивост за почетак инспирација
- Rise time 100-600 ms.

**Комисија је одбацила понуду понуђача Ђаковић д.о.о. Бања Лука за Лот 2.**

У својој жалби понуђач Бањалукафарм-плус д.о.о. Бања Лука је навео да понуда понуђача Wellmedic д.о.о. Градишка не задовољава тражену техничку спецификацију у слиједећим тачкама:

- Frekvenciju disanja 2-60 BPM (on ima 4-40BPM)
- Automatsku osjetljivost za početak inspirijuma
- Rise time od 100-600 ms ( on ima 0.3-5 s u VCV režimu) inače je od 1-9 ali ne znamo koliki je vremenski ekvivalent.

На основу изјашњења понуђача Wellmedic д.о.о. Градишка на ове наводе и техничке спецификације понуђеног апарата VIVO 60 комисија је утврдила да понуђени апарат нема тражену фреквенцију дисања.

**Комисија је одбацила понуду понуђача Wellmedic д.о.о. Градишка за Лот 2.**

Вршећи поновни увид у каталог произвођача Philips који је у својој понуди доставио понуђач Бањалукафарм-плус д.о.о. Бања Лука Комисија је утврдила да понуђено медицинско средство не задовољава тражену техничку спецификацију у дијелу који се односи на потпору притиска: тражено 0-40 cm H<sub>2</sub>O, понуђено 0-30 cm H<sub>2</sub>O.

**Комисија је одбацила понуду понуђача Бањалукафарм-плус д.о.о. Бања Лука за Лот 2.**


Комисија је на основу горе наведеног предложила Директору да се поступак набавке за Лот 2 поништи.

Директор уговорног органа је прихватио препоруку Комисије и одлучио као у диспозитиву.

#### **Поука о правном лијеку:**

Сваки понуђач који има легитиман интерес за конкретни уговор о јавној набавци и који сматра да је Уговорни орган у току конкретног поступка додјеле уговора прекршио једну или више одредби Закона о јавним набавкама или подзаконских аката донесених на основу њега има право изјавити жалбу на поступак. Жалба се изјављује на начин и у форми дефинисаним члановима 99. и 101. Закона о јавним набавкама.

Извршни директор  
Сектора за уговорање здравствених  
услуга и јавне набавке  
Мр Раде Благојевић



ДИРЕКТОР

Мр Дарко Томаш

